

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:50 horas del día 04 de marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 numeral 1º, fracción I, artículo 28 numeral 4º, artículo 30 numeral 1, fracción I, artículo 32 numeral 1º y artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y licitante cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número 36066001-009-2021, relativa: PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

El acto fue presidido por la C.P. Rosalba Núñez Rosas, **Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales**, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2. - La Convocante hace mención que no se presentaron por escrito ni en medio electrónico y dentro de los plazos establecidos en las bases, preguntas o dudas de aspecto técnico, administrativo y/o legal; por ello, se destaca que no es necesario hacer aclaraciones, continuándose con el procedimiento.

3.- La convocante informa sobre la modificación al anexo No, 1, que se deberá de tomar en consideración para que los participantes licitantes presenten su propuesta técnica y económica, siendo a saber la siguiente:



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

Contratación de Prestación del Servicio Integral de Suministro de Material de Osteosíntesis para pacientes que son atendidos en Hospital Regional Universitario, Hospital General Tecomán y Hospital General Manzanillo.			HRU	HGT	HGM			
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O SERVICIO	CPM MÁXIMO			CANTIDAD MENSUAL MÁXIMA	CANTIDAD ANUAL MÍNIMA	CANTIDAD ANUAL MÁXIMA
1	060.425.3245	Arandela para tornillo.	4	3	4	10	40	100
2	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo kirschner, No. Roscado con punta de Trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	7	4	6	17	68	170
3	060.463.1705	Agujas Guía para tornillo dinámico de cadera y cónidos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetros y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	19	48
4	060.210.9290	Clavos intramedulares para fémur. De acero inoxidable, ranurado o canulado con orificios de bloqueoproximal y distal. Diámetro de 10.0 mm a 13.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	3	2	2	7	28	70



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

5	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 12.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	20	49
6	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 11.0 mm, longitud de 270.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	4	2	5	11	42	105
7	060.820.0846	Clavo Centromedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	18	46
8	060.211.3318	Clavo para hueso roscado al centro, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	20	49
9	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	1	1	2	4	15	39



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

10	060.898.2021 060.899.1261	Clavo tipo schanz de punta triangular o roma de 5.0 mm a 6.0 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	6	2	5	13	54	134
11	060.015.0239	Fijador Externo Unipolar. Con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Articulación universal. Tubo-tubo. Abrazadera sencilla para barra roscada. Abrazadera con rosca para barra roscada. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Aditamento circular con abrazadera. Pieza.	3	2	2	7	27	67
12	060.425.3716	Fijador externo para muñeca. Aplicación extra articular. Consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión / distracción.	3	1	3	7	28	70
13	SIN CLAVE	Fijador Externo tipo Delta. Conformado por: abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable, tubo-tubo, barra radiotransparente para fijador externo. Longitud de 100.00 mm a 700.0 mm. Incluye las medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	1	2	10	24



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

14	SIN CLAVE	Fijador Externo Ilizarov. Módulo (el módulo debe constar de: Dos hemiaros, cuatro tornillos perforados con tuerca, dos tornillos sin perforar con tuerca, dos clavillos de Kirschner de 30cm de largo por grosor de 1.8 a 2 mm y 3 barras roscadas. Los hemiaros de 12, 14, 16 o 20 cm de diámetro interior.	1	0	0	1	4	10
15	060.820.1208	Sistema de fijadores para pelvis. Abordaje anterior: Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo. Cabezales en "T" con 5 lechos para tornillos. Abordaje superior: Módulo formado por tres eslabones y dos unidades conectoras, con 2 tornillos de bloqueo. Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema.	1	1	1	3	11	28



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

16	060.820.0986	<p>Sistema de miniplacas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios. Pieza. ● Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados. Pieza. ● Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulos recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. Pieza. ● Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulos recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. Pieza. ● Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 	2	1	2	6	22	56
17	SIN CLAVE	Injerto óseo en chips, 10 CC.	1	1	1	3	12	30



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

18	060.820.1000	<p>Sistema de placas de reconstrucción</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza ● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. ● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 	2	1	2	5	18	46
19	060.722.0654	<p>Placa para reconstrucción recta. De 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. Pieza.</p>	1	1	1	3	11	28
20	SIN CLAVE	<p>PLACA LCP de tibia distal 3.5mm; orificios : 4 a 14, incluye medidas intermedias</p>	4	2	2	8	32	80



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

21	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: De 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	1	4	17	42
22	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: De 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	4	2	3	9	35	88
23	SIN CLAVE	Placa bloqueada húmero proximal (LCP) en acero. Longitud: De 90 a 242 mm. Orificios: De 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	18	46
24	SIN CLAVE	Placa bloqueada en "T". (LCP) Longitud: 68 mm a 148 mm. Orificios: De 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	1	2	4	17	42
25	SIN CLAVE	Placa bloqueada en "L". (LCP) Longitud: 73 mm a 121 mm. Orificios: De 3 a 6. Derecha o Izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	1	2	5	18	46
26	060.820.1125	Placa bloqueada para fémur distal. (LCP) Izquierda o Derecha. Orificios: De 5 a 13. Longitud: De 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	1	1	1	4	15	39
27	SIN CLAVE	Placas LCP de fémur proximal. Izquierda o derecha. 4.5mm, orificios: 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	4	2	2	8	32	80
28	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal. Placa volar en acero de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o Derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios. Pieza.	2	1	2	5	20	49



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

29	SIN CLAVE	Placas rectas bloqueada (LCP) Número de orificios: De 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	1	1	1	4	15	39
30	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: De 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	22	55
31	060.820.0960	Placas rectas anchas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: De 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	20	49
32	060.820.0960	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	18	46
33	060.820.0994	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: De 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	4	2	3	9	36	91
34	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia. De 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: De 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	1	2	5	18	46
35	060.898.0017	Tornillo canulado. De 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	3	1	2	6	25	63



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

36	060.820.1018	Tornillos para hueso esponjoso. Con diámetro de 6.5 mm con cabeza esférica y rosca de 16 mm, 32 mm o completa. Longitud: De 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	9	6	9	24	96	241
37	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical. Con diámetro de 3.5 mm. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	16	11	14	40	161	403
38	060.820.1000	Tornillos para hueso cortical. De 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	12	8	11	31	125	313
39	060.820.1000	Tornillos para hueso esponjoso. Con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	14	8	12	34	135	337
40	060.898.0017	Perno roscado. De bloqueo o tornillo de bloqueo, en aleación de titanio de acero, de diferentes medidas. Pieza.	18	9	16	42	169	423
41	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando. En rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	1	1	1	3	11	28
42	060.182.0087	Cemento para hueso. De polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	1	1	1	3	11	28
43	060.820.1125	Placa bloqueada para tibia proximal. (LCP) Izquierda o Derecha. Número de orificios: De 5 a 13. Longitud: De 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	3	2	2	7	27	68
44	SIN CLAVE	Placa para radio distal LCP de ángulo variable. 2.7mm, izquierda o derecha, número de orificios : 3 a 7 . Incluye medidas intermedias. Pieza	3	2	2	7	28	70



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

5.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **11 de marzo** del presente año, a las **10:00 horas**; en tanto que el fallo se celebrará el **12 de marzo** a las **10:00 horas**.

6.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **11:00 (once)** horas del día de su inicio y esta acta es firmada para los efectos legales y de conformidad, por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

FUNCIONARIOS

Nombre	Firma
C.P. Rosalba Núñez Rosas Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales	
C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Lic. Germán Ávalos Magaña Representante de la Contraloría de Gobierno del Estado	
LAE Ramón Saúl Ceballos Magaña Representante de la Dirección de Planeación	
Dr. César Javier Villalobos Alfaro Representante de los Servicios de Salud	



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-009-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL GENERAL TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL MANZANILLO.

Dr. Rafal Omar García Muñoz Coordinador de traumatología y ortopedia del Hospital General de Tecomán	
Dr. Juan Contreras Aguiñaga Jefe de traumatología y ortopedia del Hospital Regional Universitario	

LICITANTE

Nombre	Firma
Roberto Carlos Rodríguez Rodríguez Strauma de México SA de CV	

4

2

2