

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES


En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **03 (tres)** de **Mayo de 2017 (dos mil dieciséis)**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y licitantes presentes cuyos nombres y firmas Aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-011-17**, relativa a la adquisición de:

"Insumos para el Laboratorio Estatal y Red de Laboratorios de los Servicios de Salud del Estado de Colima"

El Lic. **José Julián Martínez Barreda**, Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales de los Servicios de Salud del Estado de Colima, dio la bienvenida a todos los asistentes. Y continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

- 1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre firmado o lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.
- 2.- Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, en formato anexo, el cual forma parte integral de esta acta.
- 3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desestimada.
- 4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
- 5.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **10 (diez)** de **mayo** del presente año, a las **11:00 (once)** horas, en tanto que el fallo se celebrará el **18 (dieciocho)** del mes y año en curso, a las **10:00 (diez)** horas.







SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

6.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

7.- En cumplimiento a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, esta acta forma parte integral de la convocatoria que emite las bases de la licitación que nos ocupa, por lo que deberá ser considerada por los licitantes participantes, en la elaboración de sus propuestas.






8.- La convocante informa a los que participan del presente acto, sobre la eliminación de las siguientes partidas:

LESP	Se eliminan las Partidas 55 y 56
RED ESTATAL DE LABORATORIOS	Se elimina el renglón 51

9.- Finalmente se menciona que además de presentar las propuestas técnicas y económicas de manera física, es decir en original, se deberán presentar de igual manera en memoria USB y en formato Word y Excel.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **11:15 (once quince)** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

Funcionarios

Nombre	Firma
Lic. José Julián Martínez Barreda Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales	
Lic. Álvaro Ramírez Castillo Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
Licda. En Enf. Irela Zamora Vargas Representante del REPSS	
Q.F.B. María Esther Alcaráz Anguiano Jefe del Departamento de Control Sanitario del LESP	
Q.F.B. Verónica Alejandra Rauda de la Torre Coordinadora y Analista de Serología del LESP	














2

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES



Q.F.B. José Ramón Farías Hernández Analista del Departamento de control Epidemiológico del LESP	
Q.F.B. Ramón Rodríguez Alcaraz Subdirector del LESP	

Licitantes

Nombre	Firma
Dulce María Guevara Valdez S.G. Diagnostica S.A. de C.V.	
María Magdalena Acuña León María Magdalena Acuña León	
Ramón Ignacio Santana Robles Bitalab S.A. de C.V.	
Juan José Clausen Melgar Juan José Clausen Melgar	
Raul Rocha Valle Presefa S.A. de C.V.	

X

 Raul Rocha Valle

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexo # 1
PREGUNTAS DEL LICITANTE:
ARBILAB, S.A. DE C.V.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
Solicitamos a la convocante aceptar bienes de importación.	Se acepta siempre y cuando cumplan con el porcentaje mínimo de integración nacional señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar otras marcas en aquellas partidas que mencionan una.	Se acepta, a excepción de aquellas en las que la marca es la evaluada por el InDRE y obtuvo la calificación más alta (se cuenta con documento).
Anexo: LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Renglón 18 BOLSAS ROJAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 60 X 75 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar la medida de esta bolsa en 60x70 cm,	Se acepta.
Anexo: Red Estatal de Laboratorios Clínicos Renglón 51 FRASCO ESTERIL PARA UROCULTIVO DE 120 ML. EN BOLSA INDIVIDUAL. PZA. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar la capacidad de este frasco en 100 ml.	SE CANCELA LA PARTIDA.
Anexo: LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Solicitamos a la convocante acepte caducidades de mínimo 6 meses en los siguientes renglones: 15, 36, 73, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125	No se acepta.
Anexo: LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Solicitamos a la convocante acepte caducidad de mínimo 9 meses en el renglón 67	No se acepta.
Anexo: LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Por la naturaleza del reactivo no permite entregar con la caducidad indicada en bases en las partidas 57 y 62. Solicitamos a la convocante acepte caducidad de mínimo 4 meses	No se acepta.
Anexo: LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Por la naturaleza del reactivo no permite entregar con la caducidad indicada en bases en las partidas 51, 52, 64 y 80. Solicitamos a la convocante acepte caducidad de mínimo	No se acepta.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

4 meses	
Anexo: LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Por la naturaleza del reactivo no permite entregar con la caducidad indicada en bases en la partida 176. Solicitamos a la convocante acepte caducidad de mínimo 4 semanas.	No se acepta.

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
 SG DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.
 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PUNTO 3.12 SOLICITAN LICENCIA EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE: EN ESTO MOMENTO ESTAMOS EN TRAMITE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO 2017. POR LO QUE SOLICITAMOS NOS SEA ACEPTADO EL AVISO DEL PERÍODO ANTERIOR, Y PRESENTARLO UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE RENOVACION.	Se acepta siempre y cuando presente copia del trámite de renovación del aviso de funcionamiento 2017.

DE CARÁCTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA: 7 RED ESTATAL DE LABORATORIOS PROTEINA C REACTIVA, DETERMINACION DIRECTA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA, MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO, CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 6 A 1000 mgrs/Lt. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE: CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, PLACAS DE AGLUTINACION, PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA E INSERTO. REQUIERE REFRIGERACION DE 2-8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. EQUIPO 50 PBAS.	No se acepta por no cumplir con sensibilidad solicitada.

(Handwritten signatures and marks)

(Vertical handwritten signatures and marks on the right margin)







SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES




<p>Podemos cotizar Sensibilidad: 60mg/l a 420 mg/l, así como las partículas de latex en color azul??</p>	
--	--

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>PARTIDA: 8 RED ESTATAL DE LABORATORIOS FACTOR REUMATOIDE PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR AMARILLO CON SENSIBILIDAD DE 0.8 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, DILUYENTE PARA SEMICUANTIFICACION, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA.</p> <p>PODEMOS COTIZAR presentación 100 pbas. Y Sensibilidad: 15.6 UI/mL a 2105 UI/ml??</p>	<p>No se acepta por no cumplir con sensibilidad solicitada.</p>

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>PARTIDA: 9 RED ESTATAL DE LABORATORIOS ANTIESTREPTOLISINA " O " DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BEIGE CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 200 A 2000 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA E INSERTO, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. EQUIPO 50 PBAS.</p> <p>PODEMOS COTIZAR: Partículas de látex en color amarillo Sensibilidad: 15.6 UI/mL a 2105 UI/ml??</p>	<p>No se acepta por tener un rango de sensibilidad muy amplio, lo cual puede ocasionar mayor número de falsos positivos.</p>

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
-------------------	---------------------

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>PARTIDA: 11 RED ESTATAL DE LABORATORIOS IMMUPREP USR (VDRL). SUSPENSIÓN DE LÍPIDOS, LISTO PARA SER USADO EN PRUEBA DE LATEX. INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. FCO. PARA 500 PBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. MARCA OMEGA DIAGNOSTICS</p> <p>PODEMOS COTIZAR: otra marca siempre y cuando cumpla con las especificaciones?</p>	<p>No se acepta ya que se debe usar la misma marca en la RED y el Laboratorio Estatal, siendo IMMUPREP la marca que mejor concordancia tiene con el InDRE.</p>
--	--


PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTIDA: 12 RED ESTATAL DE LABORATORIOS PRUEBA DE EMBARAZO EN SUERO Y ORINA , PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO CON PARTICULAS DE ORO COLOIDAL, CON ESPECIFICIDAD: BETA MONOCLONAL Y SENSIBILIDAD DE 20 mUI/ml., ESTAS TIRAS REACTIVAS ESTAN CUBIERTAS DE UNA MEMBRANA DE ANTICUERPOS ANTI-ALFA HGC Y PARTICULAS DE ORO COLOIDAL MARCADAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATON CONTRA LA FRACCION BETA DE LA HGC. PRESENTACION EN BOLSAS INDIVIDUALES Y SELLADAS. SE CONSERVAN ENTRE 2 Y 8 °C. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA 25 PBAS.</p> <p>PODEMOS COTIZAR QuPid Presentación 50 pbas. detecta concentraciones de 20 mUI/mL Presentación de 50 pbas.???</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando la presentación sea en bolsa individual y sellada.</p>


PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTIDAS: RED ESTATAL DE LABORATORIOS 13.- ANTI A 10ML 14.- ANTI B 10ML 15.- ANTI AB 10ML</p>	<p>No se acepta. Se requiere sean del mismo fabricante, no del mismo distribuidor.</p>




[Handwritten signatures and marks]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>16.- ANTI D 10ML 17.- ANTI RH CONTROL 10ML 18.- ANTI A 1 LECTINA 5ML 19.- ANTI H LECTINA 5ML 20.- SUERO COOMBS 10ML 21.- ALBUMNA 10ML</p> <p>SOLICITAMOS SURTIR DE LAS SIGUIENTES MARCAS: 13.- ANTI A 10ML MARCA DOMINION 14.- ANTI B 10ML MARCA DOMINION 15.- ANTI AB 10ML MARCA DOMINION 16.- ANTI D 10ML MARCA DOMINION 17.- ANTI RH CONTROL 10ML MARCA IMMUCOR 18.- ANTI A 1 LECTINA 5ML MARCA DOMINION 19.- ANTI H LECTINA 5ML MARCA IMMUCOR 20.- SUERO COOMBS 10ML MARCA IMMUCOR 21.- ALBUMNA 10ML MARCA IMMUCOR</p> <p>ESTAS MARCAS SON DISTRIBUIDAS POR UN MISMO IMPORTADOR, Y EN LICITACIONES ANTERIORES YA NOS FUERON ASIGNADOS EL TOTAL DE PARTIDAS CON ESTAS MARCAS (SEGÚN CONSTA EN EL PEDIDO 542/2016)</p> <p>SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA'?</p>	
---	--

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTIDA 43. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA SOLICITAN SUERO CONTROL ACCURUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR SERIES 2700, CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR JUNTO CON EL ACURRUN 1 CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL ACCURUN 1 SERIE 4400, MULTIMARCADOR PARA ELISAS, HIV 1/2, HTLV 1/2, HBc Ag, HCV Y CMV, EN PRESENTACION DE 6X3.5ML, YA QUE ES EL CONTROL ADECUADO PARA LA METODOLOGIA QUE ACTUALMENTE TIENE EL LABORATORIO ESTATAL, ADEMAS DE QUE EL CONTROL SOLICITADO EN LAS BASES YA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR EL</p>	<p>Se acepta siempre y cuando el suero control positivo sea para las determinaciones de HIV 1/2, HBsAG, HCV y CMV.</p> 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

FABRICANTE. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
---	--

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA 46. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PLUBLICA SOLICITAN LA PRESENTACION DE 3X1ML, PODEMOS OFERTAR LA PRESENTACION DE 3X2ML?	No se acepta.

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
JUAN JOSÉ CLAUSEN MELGAR
DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA No. 8, 9, 243, 300, 351, 390 Y 421 LESP REACTIVOS QUIMICOS SOLICITAN DIVERSAS MARCAS, SE AUTORIZA COTIZAR OTRAS OPCIONES QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD.	Se aceptan las partidas 8, 9, 243, 300, 351 y 390. No se acepta la partida 421 debido a que el indicador de humedad no es efectivo en otras marcas.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA No. 192, 193 Y 374 LESP PUNTAS PARA PIPETA CON FILTRO SE SOLICITAN LAS MARCAS DE RAINING Y EPPENDORF, SE AUTORIZA COTIZAR LA MARCA NEPTUNE, QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD, LA CUAL SE ESTA SOLICITANDO EN LAS PARTIDAS 375, 376 Y 377	Se aceptan siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA No. 41, 74, 194, 256, 324, 325, 335, 356, 357, 360 Y 413 LESP PLASTICOS SOLICITAN DIVERSAS MARCAS; SE AUTORIZA COTIZAR OTRAS OPCIONES QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD.	Se aceptan solamente las partidas 41, 74, 194, 256, 324, 325, 335, 360 y 413. No se aceptan las partidas 356 y 357. Se solicitan de vidrio.

[Handwritten signatures and marks]


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA No. 200, 202, 213, 215, 228 Y 230 LESP MEDIOS DE CULTIVOS EN POLVO SOLICITAN DIVERSAS MARCAS, SE AUTORIZA COTIZAR OTRAS OPCIONES QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD.	Se aceptan siempre y cuando cumplan con las características técnicas y de calidad solicitadas.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA No. 342 LESP MORTERO SOLICITAN MARCA LOFIVITREX , SE AUTORIZA COTIZAR OTRA OPCION QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD.	Se acepta.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA No. 251 LESP CALIBRADOR VERNIER SOLICITA LA MARCA MITUTOYO, SE AUTORIZA COTIZAR OTRA OPCION QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD.	Se acepta.


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
PARTIDA No. 356, 357, Y 358 LESP VIDRIERIA SOLICITAN LA MARCA BRAND, SE AUTORIZA COTIZAR OTRA OPCIONE QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD.	Se acepta la partida 356. Se aceptan partidas 357 y 358 siempre y cuando sea de vaciado rápido.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
PARTIDA No. 132 LESP SOLICITAN LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS, PERO EL CATALOGO QUE SEÑALAN CORRESPONDE A LA MARCA DE ROCHE, SE AUTORIZA LA CORRECCION	No corresponde a la partida mencionada.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
LESP MEDIOS DE CULTIVOS EN POLVO SOLICITAN MARCA BIOXON Y DIFCO CON UNA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS, EL FABRICANTE ASEGURA MINIMA DE 2 AÑOS. Y CONSIDERANDO QUE, ESTOS PRODUCTOS LOS SOLICITAN CADA AÑO, NO CREO QUE EXISTIRIA ALGUN PROBLEMA DE SURTIRSE CON ESA CADUCIDAD, SE AUTORIZA	Se acepta.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
LESP EN LAS BOLSAS DE PLASTICO PARA RECOLECCION SOLICITAN LA MARCA WHIRL PAK, ESTA ES UN MODELO DE LA MARCA NASCO, SE AUTORIZA SU OFERTAR ESTA MARCA	Se acepta.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
PUNTO No.1 Y 3 DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN ACOMPAÑAR EN LA PROPUESTA TECNICA DERIVADO DEL VOLUMEN DE DOCUMENTOS QUE SE TENDRIAN QUE ANEXAR DE LOS PRODUCTOS QUE SOLICITAN (REGISTROS SANITARIOS E INSERTOS) SE AUTORIZA QUE ESTA INFORMACION VENGA EN UNA CARPETA ADICIONAL AL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.	Se acepta siempre y cuando la carpeta se encuentre debidamente referenciada.












SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PUNTO No.3 DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN ACOMPAÑAR EN LA PROPUESTA TECNICA SE AUTORIZA LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA AL SUBDISTRIBUIDOR, SIEMPRE QUE EXISTA EL APOYO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS	Se acepta siempre y cuando la carta de apoyo primario o mayorista al subdistribuidor lleve la secuencia desde el fabricante.

PREGUNTAS DEL LICITANTE:

DICIPA, S.A. DE C.V.

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
3.3.2 FORMA DE ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES INCISO E). Entendemos que dicho comprobante será del domicilio fiscal del licitante y no necesariamente de algún domicilio en el estado de colima. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcto el comprobante de domicilio deberá corresponder al domicilio fiscal del licitante y no necesariamente a algún domicilio en el Estado de Colima.
3.9 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA: Solicitamos atentamente a la convocante que en caso de no contar con domicilio en el gobierno del estado de Colima y no limitar la libre participación, podremos presentar carta bajo protesta de decir verdad que a mi representada no le aplica dicha opinión. ¿Se acepta?	Los licitantes deberán presentar como requisito para poder participar en la licitación el documento solicitado en el punto 3.9 que se refiere a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Estado de Colima, en opinión positiva. El cual podrán descargar de manera gratuita en el link señalado en las bases de esta convocatoria.
3.11 ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Entendemos que dicha declaración anual al ser emitida por el SAT con cadena digital la cual funge como original, entendemos que bastara con presentar la copia simple con dicha cadena. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es necesario presentar la original completa y acuse de recibido del SAT.
3.19 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. NOTA 2. INCISO B) Solicitamos atentamente a la convocante favor de aclarar si se podrá foliar por carpeta de manera independiente. ¿Favor de aclarar?	Se informa que se podrán foliar por carpeta presentada, de manera independiente.
4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO D) Solicitamos atentamente a la convocante nos permita rubricar hojas complementarias y firma autógrafa únicamente al final de cada documentos	Deberá apegarse a lo estipulado en las bases de esta licitación.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

en donde se señale el nombre del representante legal. ¿Se acepta?	
PROPUESTA TECNICA ANEXO N° 1 TECNICO. Entendemos que se deberá de anotar únicamente las partidas en las que se está ofertando. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, en su propuesta técnica podrá relacionar únicamente las partidas con las que está participando.
PROPUESTA ECONOMICA ANEXO N° 2 ECONOMICO. Entendemos que se deberá de anotar únicamente las partidas en las que se está ofertando. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, en su propuesta económica podrá relacionar únicamente las partidas con las que está participando.

DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare lo siguiente: Se observan requerimientos pruebas para determinar el perfil reumático y para tíficos para dos instancias: Red Estatal de laboratorios y Laboratorio Estatal de los Servicios de Salud, es correcto entender que están solicitando los mismos productos para dos instancias o están duplicados ya que observamos que las cantidades solicitadas son similares. ¿Favor de aclarar?	No se menciona partida ni renglón que evidencie lo que se menciona.
ANEXO NUMÉRICO 1 TÉCNICO., PARTIDA LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RENGLÓN NO.8 Solicitamos a la convocante permita ofertar presentación de 50 pruebas, de tal modo que la propuesta se ajuste al total de pruebas solicitadas. ¿Se acepta?	No corresponde al renglón mencionado.
ANEXO NUMÉRICO 1 TÉCNICO., PARTIDA LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RENGLÓN NO.10 Solicitamos a la convocante permita ofertar presentación de 20 pruebas, de tal modo que la propuesta se ajuste al total de pruebas solicitadas. ¿Se acepta?	No corresponde al renglón mencionado.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>ANEXO NUMÉRICO 1 TÉCNICO., PARTIDA LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RENGLÓN NO.12 Solicitamos a la convocante permita ofertar prueba de embarazo con las características solicitadas en presentación de tira o cartucho. ¿Se acepta?</p>	<p>No corresponde al renglón mencionado.</p>
--	--

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
CTR, S.A. DE C.V.
DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>EN EL ANEXO 1 SE ENUMERAN LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN DE ADJUNTAR A LA PROPUESTA ECONÓMICA, EL PUNTO NUMERO 3 SE SOLICITA:</p> <p>DEL MISMO MODO EL PROVEEDOR TENORA QUE ANEXAR</p> <p>A SU OFERTA CARTA EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO POR LA QUE RESPALDE SOLIDARIAMENTE LA OFERTA DEL LICITANTE INDICANDO LOS DATOS DEL LICITANTE ASÍ COMO PARTIDAS QUE RESPALDA.</p> <p>PARA BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ ENTREGAR CARTA QUE LO ACREDITE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO Y MARCA OFERTADA.)</p> <p>'DEBIDO A QUE ESTO RESTRINGE LA LIBRE COMPETENCIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA PARA ESTE EVENTO.'</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta siempre y cuando la carta de apoyo primario o mayorista al subdistribuidor lleve la secuencia desde el fabricante.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>DE LA PARTIDA 54 DE LOS INSUMOS DE LABORATORIO EN DONDE SE SOLICITA:</p> <p>(DETERMINACIÓN DE DENGUE NSI METODO DE ELISA. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO." MARCA PANBIO.)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE REQUIERA AL OFERTANTE PRESENTAR DE MANERA OBLIGATORIA UNA EVALUACIÓN OFICIAL POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ONDRE) SE DEMUESTRE UNA SENSIBILIDAD M(NIMA DE 94.9^o/0 Y ESPECIFICIDAD IGUAL A 100% POR SER UN PARÁMETRO DE RELEVANCIA EN UN PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DENGUE. LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MENCIONADAS SE INDICAN DENTRO DE LOS "LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE DENGUE" INDRE/ RNLSP2015 V2.0, DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN</p> <p>ELECTRÓNICA: http://www.indre.salud.gob.mx/sites/indre/descargas/pdf/lineamientos/lineamientos para la vigilancia de dengue.pdf Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARLO SEA UNA CAUSA PARA DESCALIFICAR LA OFERTA</p>	<p>Se acepta, debiendo cumplir una sensibilidad del 93-100% y una especificidad del 96 -100% como se marca en los lineamientos del InDRE (DGE-InDRE-RNLSP 2015) en la página 83 del documento.</p>
<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>DE LAS PARTIDAS 54, 55 Y 56 DE LOS INSUMOS PARA EL LABORATORIO, SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES.</p> <p>CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS, EL MATERIAL SE ENTREGARÁ DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES.</p>	<p>No se acepta. Para la partida 54 la mínima caducidad es de 8 meses. LAS PARTIDAS 55 Y 56 SE CANCELAN.</p>

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>DE LA PARTIDA 160 DE LOS INSUMOS PARA EL LABORATORIO SOLICITA:</p> <p>(EQP. INMUNOENSAYO PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS EN MUESTRAS HECES HUMANAS, PRUEBA EN CASSETTE CON 30 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA)</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PRUEBA EN CASSETTE CON 20 DETERMINACIONES, AJUSTANDONOS A LA CANTIDAD SOLICITADA.</p>	<p>Se acepta siempre y cuando cumpla con las demás características.</p>
<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACLARE LA PARTE TÉCNICA DE LA PARTIDA 182, EN DONDE SE SOLICITA:</p> <p>(CARTUCHO PARA PROCESO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 160 CARTUCHOS PARA PROCESO, NO. CATALOGO ROCHE.03004147001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). COMPRA ÚNICA MARCA: APPLIED)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI EL CATÁLOGO ES EL CORRECTO O LA MARCA.</p>	<p>La marca solicitada es ROCHE, con el número de catálogo indicado.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-011-17
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"
 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTA	RESPUESTAS
¿SE PUEDE PRESENTAR CARTA DE APOYO EMITIDA POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO?	Se acepta siempre y cuando la carta de apoyo primario o mayorista al subdistribuidor lleve la secuencia desde el fabricante.

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN
DE CARÁCTER TECNICO

PREGUNTA	RESPUESTAS
DE LABORATORIO ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARTIDA 160. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PRUEBA EN CASSETTE CON 20 DETERMINACIONES, AJUSTANDONOS A LA CANTIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando cumpla con las demás características.