

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **11:00** horas del día **05** de Junio de **2019**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 numeral 1º, fracción I, artículo 28 numeral 4º, artículo 30 numeral 1, fracción I, artículo 32 numeral 1º y artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los participantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-015-19**, relativa: **A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El acto fue presidido por la C.P. Rosalba Núñez Rosas, **Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales**, quien fue autorizada mediante oficio DA/1451/2019, de fecha 05 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa, la Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2. - Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 las mismas se proporcionarán a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

**PREGUNTAS DEL LICITANTE
 AMPHARMA, S.A. DE CV.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTIDA 1 SE REQUIERE:</p> <p>CIRCUITO PARA VENTILADOR INFANTIL PARA FLUJOS MAYORES DE 4LTS CON LINEA INSPIRATORIA CALENTADA DE 1.1MTS, LINEA EXPIRATORIA CON TRAMPA DE AGUA, CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO, CON DOBLE FLOTADOR, DESECHABLES.</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>CIRCUITO PARA VENTILADOR INVASIVO INFANTIL PARA FLUJOS MAYOR A 4L/MIN CON LINEA INSPIRATORIA CON CABLE CALENTADOR DE 1.10MTS. (44 PULGADAS), LINEA EXPIRATORIA CON TRAMPA DE AGUA Y LINEA PARA HUMIFICADOR Y CAMARA DE HUMIDIFICACION MCA. FISHER AND PAYKEL</p> <p>Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>
<p>PARTIDA 4 SE REQUIERE:</p> <p>SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL N713 GRANDE</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL Y CPAP HIDROCOLOIDE GRANDE (AZUL) MEDIDA DE LA LINEA MEDIA DE LA NARIZ AL OIDO DE 6.3 - 7.0 CMS NEOBAR MCA. NEOTECH</p> <p>Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>
<p>PARTIDA 5 SE REQUIERE:</p> <p>SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 5 FR. TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO CON LONGITUD DE 30.5 CM Y CODO ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DE (2.0 MM, 2.5 MM), DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE,</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>SISTEMA DE SUCCION CERRADO CON PUERTO DE IRRIGACION NEONATAL DE 5 FR X 32 CM DE LARGO MCA. BIOTEQ.</p> <p>Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>

Angela P. Lami



[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS
HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L"		
PARTIDA 6 SE REQUIERE: SISTEMA DE SUCCION CERRADO 7 FR PARA ASPIRACION DE SECRECIONES NEONATAL EN Y PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (2.5 MM,3.0 MM, 3.5 MM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: SISTEMA DE SUCCION CERRADO CON PUERTO DE IRRIGACION NEONATAL DE 7 FR X 32 CM DE LARGO MCA. BIOTEQ.	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 11 SE REQUIERE: FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE (INSPIRATORIO Y EXHALATORIO) 1605	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: FILTRO BACTERIANO/VIRAL DE FLUJO PRINCIPAL MCA. HUDSON	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 22 SE REQUIERE: HUMIDIFICADOR TERMICO CON MICROPROCESADOR DE DOBLE SERVO EN LA CAMARA Y EN LA SALIDA DEL PACIENTE, QUE PROVEE TEMPERATURA Y NIVEL DE HUMEDAD ESTABLES, AUN CON CAMBIOS EN EL FLUJO DE GAS. CON CARATULA DIGITAL QUE CONTINUAMENTE MUESTRA, EN LA MISMA PANTALLA, LA TEMPERATURA DEL GAS CON SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON CIRCUITOS DE ALAMBRE CALEFACTOR. CON CONTROL DE TEMPERATURA DE PACIENTE DE 31°C PARA VENTILACION NO INVASIVA Y 37°C EN INVASIVA. CON ALARMA PARA FALLA DE SENSOR DE TEMPERATURA, FALLA EN LOS CIRCUITOS DE ALAMBRE CALEFACTOR, ALTA Y BAJA TEMPERATURA EN EL CIRCUITO COMO EN LA CAMARA, CAMARA SIN AGUA Y NO FLUJO DEL VENTILADOR	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO SERVO CONTROLADO QUE PROVEE OPTIMA TEMPERATURA (37Â°) Y HUMIDIFICACION (44MG/L) Y BOTON PARA MODO INVASIVO Y NO INVASIVO MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>PARTIDA 23 SE REQUIERE:</p> <p>ADAPTADOR DE CABLE CALEFACTOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON CALEFACCIÓN PARA INSPIRACIÓN DE LA SERIE RT (900MR805)</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>CABLE CALENTADOR PARA CIRCUITO DE VENTILACION CON CABLE EN LAS DOS LINEAS PARA HUMIDIFICADORES MR850 Y HC550 MCA. FISHER AND PAYKEL</p>	<p>Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>
<p>PARTIDA 24 SE REQUIERE:</p> <p>CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR MR850. (900MR 869)</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>CABLE SENSOR DE TEMPERATURA DE 1.50 MTS (60 PULGADAS) DE LONGITUD PARA CIRCUITOS DE VENTILACION CON CABLE CALENTADOR PARA HUMIDIFICADORES MR850 Y HC 550 MCA. FISHER AND PAYKEL</p>	<p>Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>
<p>PARTIDA 26 SE REQUIERE:</p> <p>MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO DEL 21 AL100% CON DOS PUERTOS DE 2 A 120 LPM IDEAL PARA USO DE VENTILADORES, MASCARILLAS NASALES, SISTEMA DE CPAP NASAL PARA NEONATOS Y BOLSAS DE RESUCITACION, CON MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO CON ENTRADAS DE ACUERDO A CADA HOSPITAL Y 2 FLUJOMETROS DE 0 A 7 LITROS POR MINUTO Y 0 A 15 LITROS POR MINUTO, BASE DE MONTAJE RODABLE CON MANGUERAS CODIFICADAS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA Y REGULADORES DE PRESION CON TRAMPAS DE AGUA MONTADOS EN LA MISMA BASE. CON ALARMA ACUSTICA PARA DIFERENCIA DE 20 PSI DE TOMA MURAL DE OXIGENO Y AIRE. CON UNA TOMA PRINCIPAL Y UNA SECUNDARIA</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>MICRO MAX MEZCLADORA DE AIRE/OXIGENO DE BAJO FLUJO CON BLENDER BUDDY MARCA MAXTEC</p>	<p>Favor de apegarse a las características solicitadas por la convocante.</p>
<p>PARTIDA 27 SE REQUIERE:</p>	<p>SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR:</p> <p>MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE</p>	<p>Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>


Handwritten signature and initials


Handwritten signature

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

MASCARA NASAL NEONATAL PEQUEÑA (BC800-10)	BURBUJA CHICA	
PARTIDA 28 SE REQUIERE: MASCARA NASAL NEONATAL MEDIANA (BC801-10)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA MEDIANA	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 29 SE REQUIERE: MASCARA NASAL NEONATAL GRANDE (BC802-10)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA GRANDE	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 30 SE REQUIERE: GORRO NEONATAL BC 300-05 (17CM-22CM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: GORRO NEONATAL MEDIDA 17-22 CM PARA EL CPAP DE BURBUJA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 31 SE REQUIERE: GORRO NEONATAL BC 303-05 (22CM-25CM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: GORRO NEONATAL MEDIDA 22-25 CM PARA EL CPAP DE BURBUJA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 32 SE REQUIERE: GORRO NEONATAL BC 306-05 (25CM-29CM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: GORRO NEONATAL MEDIDA 25-29 CM PARA EL CPAP DE BURBUJA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 33 SE REQUIERE: GORRO NEONATAL BC 309-05 (29CM-36CM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: GORRO NEONATAL MEDIDA 29-36 CM PARA EL CPAP DE BURBUJA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 34 SE REQUIERE: TUBO NASAL NEONATAL (FLEXITRUNK) 50MM (BC190-05)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: INTERFACE TUBO NASAL PARA EL CPAP DE BURBUJA DE 50 MM EVACUA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.


 J. C. S. A. R.





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PARTIDA 35 SE REQUIERE: TUBO NASAL NEONATAL (FLEXITRUNK) 70MM (BC191-05)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: INTERFACE TUBO NASAL PARA EL CPAP DE BURBUJA DE 70 MM EVACUA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 36 SE REQUIERE: TUBO NASAL NEONATAL (FLEXITRUNK) 100MM (BC192-05)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: INTERFACE TUBO NASAL PARA EL CPAP DE BURBUJA DE 100 MM EVACUA MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 37 SE REQUIERE: CANULA NASAL NEONATAL BC3020-10(3.0MM/2.0MM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CANULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 3.00 MM DE DIAMETRO DE NARINA Y 2.00 MM SEPARACION DEL TABIQUE MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 38 SE REQUIERE: CANULA NASAL NEONATAL BC3520-10(3.5MM/2.0MM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CANULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 3.50 MM DE DIAMETRO DE NARINA Y 2.00 MM SEPARACION DEL TABIQUE MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 39 SE REQUIERE: CANULA NASAL NEONATAL BC4030-10(4.0MM/3.0MM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CANULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 4.00 MM DE DIAMETRO DE NARINA Y 3.00 MM SEPARACION DEL TABIQUE MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 40 SE REQUIERE: CANULA NASAL NEONATAL BC4540-10(4.5MM/4.0MM)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CANULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 4.50 MM DE DIAMETRO DE NARINA Y 4.00 MM SEPARACION DEL TABIQUE MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 42 SE REQUIERE:	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: NEOSEAL SELLO PROTECTOR PARA	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

A.S.G.R.



 6

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS
HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

SELLO PARA CANULA NASAL PEQUEÑA N421	CANULA NEONATAL MCA. NEOTECH	
PARTIDA 44 SE REQUIERE: CANULA NASAL NEONATAL, CON PUNTAS SUAVES, CON TUBERIA DE 210CM Y CONECTOR UNIVERSAL INFANTIL (1828)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CANULA SOFTECH (PUNTAS SUAVES) INFANTIL CON TUBERIA STAR LUMEN Y CONECTOR UNIVERSAL 7 PIES (2.1MTS) MCA. HUDSON	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 45 SE REQUIERE: CANULA NASAL NEONATAL, CON PUNTAS SUAVES, CON TUBERIA DE 210CM Y CONECTOR UNIVERSAL INFANTIL Y PEDIATRICA (1826)	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CANULA SOFTECH (PUNTAS SUAVES) PEDIATRICA CON TUBERIA STAR LUMEN Y CONECTOR UNIVERSAL 7 PIES (2.1MTS.) MCA. HUDSON	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 56 SE REQUIERE: CIRCUITO CON PIEZA EN T PARA REANIMADOR NEOPUFF FISHER & PAYKEL	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: CIRCUITO EN T DESECHABLE PARA NEOPUFF MCA. FISHER AND PAYKEL	Se acepta su propuesta.
PARTIDA 63 SE REQUIERE: SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE CON ALETAS MICRO N700	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE MICRO NEOBRIDGE MCA. NEOTECH	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 64 SE REQUIERE: SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE CON ALETAS PEQUEÑO N701	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE CHICO NEOBRIDGE MCA NEOTECH	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA 65 SE REQUIERE: SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE CON ALETAS GRANDE N702	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE GRANDE NEOBRIDGE MCA. NEOTECH	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

Asap
un
A

HA

7

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PARTIDA 80 SE REQUIERE: NIPLE COLA DE RATON CON TUERCA DE MANGUERA PARA SALIDAS DE OXIGENO	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE PUEDA COTIZAR: NIPLE COLA DE RATON CON TUERCA DE MANGUERA PARA SALIDAS DE OXIGENO C/ROSCA MCA. HUDSON	Se acepta propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.
ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO PARTIDAS 46, 47 Y 48 CUNA DE CALOR RADIANTE	ME PODRIA INDICAR LA CONVOCANTE DE QUE MARCA Y MODELO SON LAS CUNAS	Partida 46: Drager Babytherm 8004 Partida 47: Advanced cuna radiante Partida 48: Resucitare
ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO PARTIDAS 58, 59, 60 Y 61 INCUBADORA	ME PODRIA INDICAR LA CONVOCANTE DE QUE MARCA Y MODELO SON LAS INCUBADORAS	Partida 58 y 59: Drager globe trotter Partida 60: Isolette 8000 Partida 61: Isolette 8000
ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO PARTIDAS 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75 MONITORES	ME PODRIA INDICAR LA CONVOCANTE DE QUE MARCA Y MODELO SON LAS MONITORES	Partida 67 a 71: Se acepta de 1 vía al tratarse únicamente de manguitos para medición de TA y no troncales. Partida 72: HRU (Phillips, criticare y Nihon Kodan), HMI y HGT marca Nihon Kodan, HGM: drager infinity vista XL. Partida 73: HRU (Phillips, criticare y Nihon Kodan), HMI y HGT marca Nihon Kodan, HGM: drager infinity vista XL. Partida 74: Nihon Kodan Partida 75: charm care, modelo CX-100 oximetro de pulso portátil.

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS DEL LICITANTE:

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.-DE ACUERDO AL PUNTO 1.2 DE LAS BASES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS HAGA FAVOR DE MENCIONAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.	15 días a partir del día siguiente de recibir el pedido
2.-DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1, ENTENDEMOS QUE ESTA LICITACION ES POR PARTIDA, TOMANDO LOS RENGLONES DE LOS MATERIALES /CONSUMIBLES COMO PARTIDA CADA RENGLON, EN TOTAL 81 PARTIDAS. ¿ESTO ES CORRECTO?	Es correcto

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
3.-DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 67, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.	Partida 67: es de 1 vía, es para monitor de signos vitales.
4.-DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 68, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.	Partida 68: es de 1 vía, es para monitor de signos vitales.
5.-DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 69, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.	Partida 69: es de 1 vía, es para monitor de signos vitales.
DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 70, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.	Partida 70: es de 1 vía, es para monitor de signos vitales.

Asap

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

6.-DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 71, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.	Partida 71: es de 1 vía, es para monitor de signos vitales.
7.-DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDAS 73 Y 74, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER PARA QUE EQUIPO ES ESTE SENSOR, FAVOR DE INDICAR MARCA Y MODELO.	Partida 73 y 74: Nihon Koden. Monitor de signos vitales.

3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desechada.






4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

5.- La convocante hace la aclaración con respecto al anexo técnico No. 1 que se encuentra al final de la presente acta, el cual deberá ser considerado para la presentación de sus propuestas técnicas y económicas.

6.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **12 de Junio** del presente año, a las **11:00 horas**, en tanto que el fallo, se celebrará el **13 de Junio** del año en curso, a las **15:00 horas**.

7.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.





Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **11:41 horas** del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.


Funcionarios


Nombre	Firma
C.P. Rosalba Núñez Rosas Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales	
Mtra. Judith Estefanía Torres García Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
Dr. Rene Resendiz Miranda Representante de la Direccion de Servicios de Salud	
Dra. Carmina Sarisol Garcia Perez Representante de la Direccion de Servicios de Salud	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL/ CONTRALORÍA DEL ESTADO

Nombre	Firma
C.P. Juana Flores González Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
AMPHARMA S.A. DE C.V.	Juliana Zarate Narvaez juliana.zarate@hotmail.com	



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.


ANEXO 1
 PARA LA PRUPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

		SERVICIO DE PEDIATRÍA DE HOSPITALES				HRU	HMI	HGT	HG	M		
CANTIDADES MENSUALES												
NO. PR OG RE SIV O	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL			SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD 7 MESES				
1	CIRCUITO PARA VENTILADOR INFANTIL PARA FLUJOS MAYORES DE 4LTS CON LINEA INSPIRATORIA CALENTADA DE 1.1MTS, LINEA EXPIRATORIA CON TRAMPA DE AGUA, CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO, CON DOBLE FLOTADOR, DESECHABLES.	CAJA C/10PZA	4	2	2	4	12	7	84			
2	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL N713 GRANDE	CAJA C/5 PZA	5	0	2	5	12	7	84			
3	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 5 FR. TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO CON LONGITUD DE 30.5 CM Y CODO ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DE (2.0 MM, 2.5 MM), DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L"	PIEZA	10	10	0	10	30	7	210			
4	SISTEMA DE SUCCION CERRADO 7 FR PARA ASPIRACION DE SECRECIONES NEONATAL EN Y PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (2.5 MM, 3.0 MM, 3.5	PIEZA	10	10	3	10	33	7	231			

[Handwritten signature]
 A. S. L. R.

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.



5	MMI)	CIRCUITO COMPLETO FLEXIBLE CORTO PARA SENSOR MEDIC 3100A. CON JUEGO DE 4 MEMBRANAS.	PIEZA	1	0	0	0	1	7	7
6		FILTRO ESPIRATORIO PARA VENTILADOR AVEA. NO. 11790	PIEZA	0	0	0	6	6	7	42
7		CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL,PSU,DESINFECTABLE Y ESTERILIZABLE (8410179)	CAJA C/5PZAS	1	1	1	1	4	7	28
8		CABLE DE SENSOR DE FLUJO PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL (8409626)	PIEZA	1	0	1	2	4	7	28
9		SELLO PARA CANULA NASAL MICRO N420	PIEZA	20	15	10	25	70	7	490
10		SELLO PARA CANULA NASAL PEQUEÑA N421	PIEZA	20	15	10	25	70	7	490
11		SELLO PARA CANULA NASAL GRANDE N422	PIEZA	20	15	10	25	70	7	490
12	CUNA CALOR RADIANTE	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL H87 PIEZA 42181904	PIEZA	1	0	0	0	1	7	7
13		PAQUETE DE INICIO SISTEMA CPAP BABYFLOW, REUT., CON GAFAS NASALES, MASCARILLAS, ARNÉSE (8418435)	PIEZA	0	0	0	2	2	7	14
14		GORRO NEONATAL ,S (AMARILLO, 23CM) REF 8418534	PIEZA	0	0	0	5	5	7	35
15	INCUBADORA BABYLOG DRAGER	GORRO NEONATAL ,M (NARANJA, 26CM)REF 8418535	PIEZA	0	0	0	5	5	7	35
16		GORRO NEONATAL ,L (SALMON, 28CM)REF 8418536	PIEZA	0	0	0	5	5	7	35
17		GORRO NEONATAL ,XL (LAVANDA, 30CM)REF 8418537	PIEZA	0	0	0	5	5	7	35
18		GORRO NEONATAL ,XXL (AZUL , 33CM)REF 8418538	PIEZA	0	0	0	5	5	7	35
19		GORRO NEONATAL ,XXL PLUS(VERDE, 36CM)REF 8418539	PIEZA	0	0	0	5	5	7	35
20	NEOPUFF	CIRCUITO CON PIEZA EN T PARA REANIMADOR NEOPUFF FISHER &PAYKEL	PIEZA	5	0	0	5	10	7	70



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

21	INCUBADORA RESUCITARE	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA RESUSCITAIRE, SIN LATEX, DESECHABLE. MP00311	PIEZA	0	6	0	0	0	0	6	7	42
22	INCUBADORA	SENSOR DE OXIGENO PARA ISOLETTE 8000, REUTILIZABLE (MU13223)	PIEZA	0	1	0	0	0	0	1	7	7
23		FILTRO DE TOMA DE AIRE PARA ISOLETTE 8000, REUTILIZABLE	PIEZA	0	1	0	0	0	0	1	7	7
24	ACCESOS VASCULARES	CATERER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) DE POLIURETANO, TERMOSENSIBLE, GRADO MÉDICO, RADIOPACO. CALIBRE 1 FR (0.17MM DIÁMETRO INTERNO, 0.35MM DIÁMETRO EXTERNO), LONGITUD 20CM, MARCADO CENTIMÉTRICO. CON ALETAS DE FIJACIÓN Y PROLONGADOR DE POLIURETANO DE 8CM. AGUJA INTRODUCTORA METÁLICA PELABLE, LONGITUD 19MM, 24Ga (0.7MM DE DIÁMETRO EXTERNO), LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON INZA CLAMP. PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA, CON DOS BIONECTORES LIBRES DE AGUJA, LONGITUD 23.9MM, CON UN VOLUMEN MUERTO DE 0.02ML, FLUJO 170ML/MIN.	PIEZA	5	5	3	5	18	7	126		
25	MONITORES	ELECTRODOS NEONATALES PARA ECG, PRECABLEADOS CON CENTRO DE HIDROGEL, QUE INCLUYEN LATIGUILLOS DE COLORES PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, LIBRES DE LATEX, PAQUETES INDIVIDUALES DE 3 CONJUNTOS.	PIEZA	70	50	30	70	220	7	1540		
26		SENSOR PARA SATURACIÓN DE OXÍGENO NEONATAL MULTITUOS PARA MONITORES PHILLIPS, CRITICARE, SPACELABS HEALTHCARE mCare300, SCHOLAR III, NIHON KOHDEN	PIEZA	4	0	1	1	6	7	42		
27		SENSOR PARA SATURACIÓN DE OXÍGENO PEDIÁTRICO MULTITUOS PARA MONITORES	PIEZA	2	0	1	1	4	7	28		


 C.A.S. a.k.a. 
 14

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.




NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO BIMESTRAL	PROMEDIO BIMESTRAL	SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD AD 7 MESES		
28	PHILLIPS, NIHON KOHDEN SISTEMA CERRADO DE RECOLECCION DE ORINA NEONATAL ; INCLUYE SONDA NELATON 100% SILICON RADIOPACO DE 4FR X 30CM , PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS, BURETA GRADUADA PARA 150ML PARA RECOLECCION DE ORINA, EXTENSION CONECTADO A BURETA PARA VACIADO ESTERIL. COD. 499-04	PIEZA	20	5	3	5	33	7	231
29	OTROS SISTEMA CERRADO DE RECOLECCION DE ORINA ; CON SONDA URINARIA DE 6FR X 30CM , CONECTOR RIGIDO CON TAPON DE SILICONA PARA TOAM DE MUESTRAS, BURETA GRADUADA PARA MEDIR, CLAMP PARA VACIADO DE BURETA. COD 499-06	PIEZA	3	0	3	5	11	7	77
30	PROTECTOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA DISEÑO EN DIADEMA, SE AJUSTA A CUALQUIER FORMA DE LA CABEZA. MATERIAL DE LATEX PATENTADO MINIMIZA EL RIESGO DE IRRITACION DE LA PIEL. PARA RECIENTE NACIDO (30-38 cm)	PIEZA	10	30	15	30	85	7	595
31	CUBIERTA PARA Sonda DE TEMPERATURA CUTÁNEA THERMOPAD, HIDROGEL, DESECHABLE	CAJA/50PZA	1	1	1	1	4	7	28
CANTIDADES BIMESTRAL								0	0
NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO BIMESTRAL	PROMEDIO BIMESTRAL	SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD AD 7 MESES		
32	JUEGO DE TUBOS RESPIRATORIOS PARA BABYLOG 8000PLUS REUTILIZABLE, CALEFACTABLE (8411041)	PIEZA	0	0	1	1	2	7	14
33	JUEGO DE TUBOS RESPIRATORIOS HFO, CON TUBOS LIGEROS DE HYTREL, AUTOCLAV., CALEFACTABLE (8411153)	PIEZA	1	0	1	1	3	7	21

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

34	ASPIRADOR DE MUCOSIDADES PARA TOMA DE MUESTRAS BRONQUIALES (53410), QUE INCLUYA 1 CONTENEDOR (CAPACIDAD 25 ml), GRADUADO DE 0 A 25ML Y UN CATETER DE SUCCIÓN TRAQUEAL DE 6 FR.	PIEZA	1	6	0	1	8	7	56
35	ASPIRADOR DE MUCOSIDADES PARA TOMA DE MUESTRAS BRONQUIALES (53408), QUE INCLUYA 1 CONTENEDOR (CAPACIDAD 25 ml), GRADUADO DE 0 A 25ML Y UN CATETER DE SUCCIÓN TRAQUEAL DE 8FR.	PIEZA	1	6	0	1	8	7	56
36	SENSOR DE FLUJO NEONATAL CON PIEZA EN Y, PSU, DESINFECTABLE Y ESTERILIZABLE (8410185)	PIEZA	1	0	1	2	4	7	28
37	MASCARA NASAL NEONATAL PEQUEÑA (BC800-10)	CAJA C/10PZA	1	2	0	2	5	7	35
		CAJA	1	2	1	2	6	7	42
38	MASCARA NASAL NEONATAL GRANDE (BC802-10)	CAJA C/10PZA	2	1	0	2	5	7	35
39	GORRO NEONATAL BC 300-05 (17CM-22CM)	CAJA C/5PZA	2	1	1	2	6	7	42
40	GORRO NEONATAL BC 306-05 (25CM-29CM)	CAJA C/5PZA	2	1	1	2	6	7	42
41	GORRO NEONATAL BC 309-05 (29CM-36CM)	CAJA C/5PZA	2	1	1	2	6	7	42
42	TUBO NASAL NEONATAL (FLEXITRUNK) 50MM (BC190-05)	CAJA C/5PZA	1	1	1	1	4	7	28
43	TUBO NASAL NEONATAL (FLEXITRUNK) 70MM (BC191-05)	CAJA C/5PZA	1	1	1	1	4	7	28
44	TUBO NASAL NEONATAL (FLEXITRUNK) 100MM (BC192-05)	CAJA C/5PZA	1	1	1	1	4	7	28
45	CANULA NASAL NEONATAL BC3520-10(3.5MM/2.0MM)	CAJA C/10PZA	1	1	1	2	5	7	35
46	CANULA NASAL NEONATAL BC4030-10(4.0MM/3.0MM)	CAJA C/10PZA	1	1	1	2	5	7	35
47	CANULA NASAL NEONATAL BC4540-10(4.5MM/4.0MM)	CAJA C/10PZA	1	1	1	2	5	7	35
48	CANULA NASAL NEONATAL, CON PUNTAS SUAVES, CON TUBERIA DE 210CM Y CONECTOR UNIVERSAL INFANTIL (1828)	CAJA C/50 PZAS	1	1	1	2	5	7	35

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO CUATRIMESTRAL	SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD 7 MESES		
49	CANULA NASAL NEONATAL, CON PUNTAS SUAVES, CON TUBERÍA DE 210CM Y CONECTOR UNIVERSAL INFANTIL Y PEDIÁTRICA (1826)	CAJA C/50 PZAS	1	1	1	5	7	35
50	SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA THERMOTRACE, DESECHABLE, AMARILLA, CERCA AL CENTRO (MX11000)	BOLSA C/5PZAS	0	0	0	1	7	7
51	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR DURA-Y, REUTILIZABLE	PIEZA	1	0	1	3	7	21
52	EQUIPO PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO Y MONITOREO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, INCLUYE: UN CATETER VENTRICULAR DE ELASTIMERO DE SILICON RADIOPACO, DE 20-35CM DE LONGITUD, UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AGUDA PARA EL PASO DEL CATETER SUBCUTANEAMENTE, VALVULA DE CONEXION CON CATETER DISTAL, TABLA INTEGRADA DE PRESION INTRACRANEAL EN mm DE HG Y cm DE AGUA, CAMARA DE GOTE DE 50-75CM CON VALVULA ANTIRREFLUJO Y TAPA PARA CONSERVAR LA ESTERILIDAD, TUBO DE PLASTICO DE 150-170CM DE LONGITUD, CON DOS PINZAS PARA AJUSTE, DOS LLAVES DE PASO, DOS SITIOS PARA INYECCION, UNA BOLSA DE RECOLECCION DE VINIL CON CAPACIDAD PARA 700-800ML CON MARCAS CADA 50ML Y ASA PARA COLGAR AJUSTABLE A LA ALTURA DESEADA, ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	1	0	0	1	7	7
CANTIDADES CUATRIMESTRALES								
NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO CUATRIMESTRAL	SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD 7 MESES		

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

O											
53	VENTILACIÓN NO INVASIVA	MASCARA NASAL NEONATAL MEDIANA (BC801-10)	CAJA C/10PZA	2	4	1	4	11	7	77	
54		GORRO NEONATAL BC 303-05 (22CM-25CM)	CAJA C/5PZA	4	2	1	8	15	7	105	
55		CANULA NASAL NEONATAL BC3020-10(3.0MM/2.0MM)	CAJA C/10PZA	2	2	1	4	9	7	63	
56	MONITORES	MANGUITO NIBP, DESECHABLE, NEONATO, TAMAÑO 1 (2870181)	BOLSA C/10PZAS	1	1	0	1	3	7	21	
57		MANGUITO NIBP, DESECHABLE, NEONATO, TAMAÑO 2 (2870199)	BOLSA C/10PZAS	1	1	1	1	4	7	28	
58	MONITORES	MANGUITO NIBP, DESECHABLE, NEONATO, TAMAÑO 3 (2870207)	BOLSA C/10PZAS	1	1	1	1	4	7	28	
59		MANGUITO NIBP, DESECHABLE, NEONATO, TAMAÑO 4 (2870215)	BOLSA C/10PZAS	1	1	1	1	4	7	28	
60		MANGUITO NIBP, DESECHABLE, NEONATO, TAMAÑO 5(2870173)	BOLSA C/10PZAS	1	1	1	1	4	7	28	

CANTIDADES SEMESTRALES												
NO	PR	OG	RE	SIV	O	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO SEMESTRAL	PROMEDIO SEMESTRAL	SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD AD.7 MESES
61						MANGUITA DE PUERTO IRIS, (MU03876)	CAJA C/100PZAS	0	1	0	1	14
62						MANGUITA PARA ABERTURA DE ENTRADA DE MANOS, OVALADO (MU06570)	CAJA C/100PZAS	2	1	0	1	28
63						SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR MAX-	PIEZA	0	0	0	1	7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

NO. PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO ANUAL					SUMA MENSUAL	MESES	CANTIDAD AD 7 MESES
64	INVASIVA SENSOR DE FLUJO NEONATAL HOTWIRE REUSABLE 16465	PIEZA	0	0	0	2	2	7	14	
65	CAPSULA DE SENSOR DE OXIGENO (O2) PARA MEDICION DE CORRIENTE PRINCIPAL (6850645)	PIEZA	1	0	1	1	3	7	21	
66	SENSOR DE FLUJO SPIROLOG,ABS,DESINFECTABLE (8403735)	CAJA C/5PZAS	1	0	1	1	3	7	21	
67	SENSOR DE FLUJO NEONATAL ISO 15, PSU, DESINFECTABLE Y ESTERILIZABLE (8411130)	PIEZA	0	2	0	0	2	7	14	
68	CABLE SENSOR DE FLUJO 1016 PARA FABIAN HFO ACUTRONIC	PIEZA	2	0	0	4	6	7	42	
69	SENSOR DE FLUJO REUSABLE 1031 PARA FABIAN HFO	PIEZA	2	0	0	4	6	7	42	
70	HUMIDIFICAD OR VALVULA DE PEEP REUTILIZABLE DE 0 A 10 CMH20	PIEZA	21	21	9	24	75	7	525	
71	CUNA CALOR RADIANTE SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA 3, DESECHABLE, MU11228	PIEZA	0	2	0	2	4	7	28	
CANTIDADES ANUALES										
72	VENTILACIÓN INVASIVA FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE (INSPIRATORIO Y EXHALATORIO) 1605 HUMIDIFICADOR TERMICO CON MICROPROCESADOR DE DOBLE SERVO EN LA CAMARA Y EN LA SALIDA DEL PACIENTE, QUE PROVEE TEMPERATURA Y NIVEL DE HUMEDAD ESTABLES, AUN CON CAMBIOS EN EL FLUJO DE GAS. CON CARATULA DIGITAL QUE CONTINUAMENTE MUESTRA, EN LA MISMA	CAJA C/50PZAS	5	5	3	6	19	7	133	
73	HUMIDIFICAD OR	PIEZA	8	4	2	8	22	7	154	

[Handwritten signature]
 J. S. G. P.
[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

	PANTALLA, LA TEMPERATURA DEL GAS CON SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON CIRCUITOS DE ALAMBRE CALEFACTOR. CON CONTROL DE TEMPERATURA DE PACIENTE DE 31°C PARA VENTILACION NO INVASIVA Y 37°C EN INVASIVA. CON ALARMA PARA FALLA DE SENSOR DE TEMPERATURA, FALLA EN LOS CIRCUITOS DE ALAMBRE CALEFACTOR, ALTA Y BAJA TEMPERATURA EN EL CIRCUITO COMO EN LA CAMARA, CAMARA SIN AGUA Y NO FLUJO DEL VENTILADOR									
74	ADAPTADOR DE CABLE CALEFACTOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON CALEFACCIÓN PARA INSPIRACIÓN DE LA SERIE RT (900MR805)	PIEZA	8	4	2	8	22	7	154	
75	CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR MR850. (900MR 869)	PIEZA	8	4	2	8	22	7	154	
	MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO DEL 21 AL 100% CON DOS PUERTOS DE 2 A 120 LPM IDEAL PARA USO DE VENTILADORES, MASCARILLAS NASALES, SISTEMA DE CPAP NASAL PARA NEONATOS Y BOLSAS DE RESUCITACION, CON MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO CON ENTRADAS DE ACUERDO A CADA HOSPITAL Y 2 FLUJOMETROS DE 0 A 7 LITROS POR MINUTO Y 0 A 15 LITROS POR MINUTO, BASE DE MONTAJE RODABLE CON MANGUERAS CODIFICADAS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA Y REGULADORES DE PRESION CON TRAMPAS DE AGUA MONTADOS EN LA MISMA BASE. CON ALARMA ACUSTICA PARA DIFERENCIA DE 20 PSI DE TOMA MURAL DE OXIGENO Y AIRE. CON UNA TOMA PRINCIPAL Y UNA SECUNDARIA	PIEZA	8	4	2	6	20	7	140	
76	SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL	CAJA C/20PZA	5	5	5	5	20	7	140	
77	HIDROCOLOIDE CON ALETAS MICRO N700	CAJA C/20PZA	5	5	5	5	20	7	140	
78	SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE CON ALETAS PEQUEÑO N701	CAJA C/20PZA	5	5	5	5	20	7	140	

Escap

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 36066001-015-19

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

		CAJA C/20PZA	5	5	5	5	5	5	20	7	140
79	SUJETADOR DE CATETER UMBILICAL HIDROCOLOIDE CON ALETAS GRANDE N702										
	CATETER PERCUTANEO.- CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL CRÓNICA, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON DOS COJINES DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR CON TAPÓN, SEGURO, CON BANDA RADIOOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO TENKHOFF. TAMAÑO NEONATAL. PIEZA. CLAVE 060.166.4832	PIEZA	4	3	0	3	3	3	10	7	70
80	NIPLA COLA DE RATON CON TUERCA DE MANGUERA PARA SALIDAS DE OXIGENO	CAJA/50PZA	3	3	3	3	3	3	12	7	84
81	OTROS										

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

