

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:00** horas del día **10 de Abril de 2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4º y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los participantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-022-18**, relativa: **PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El acto fue presidido por el **C.P. Arnoldo Moreno Medina, subdirector de adquisiciones y servicios generales**, quien fue autorizado mediante oficio **DA/605/2018**, de fecha 10 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa, la Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2.- Se precisa que los equipos que se entregarán en COMODATO, no deberán tener una fabricación de más de tres años, por lo que pueden ser nuevos o seminuevos (dentro del rango antes mencionado). Así como en **caso de presentar más de dos fallas subsecuentes, deberán cambiarlo por uno nuevo o seminuevo del mismo periodo de no más de tres años de fabricación y en condiciones óptimas de uso**

3. - Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

No se corrigió la hora de inicio

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA LHAG SA DE CV

A). - DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- Solicitamos atentamente a la convocante, nos indique que es correcto entender que en el inciso J del punto 4.1 se refiere solamente a la carta de apoyo respecto al anexo 1.	Es correcta su apreciación.
2.- Solicitamos atentamente a la convocante, nos indique que es correcto entender que en el inciso L del punto 4.1 se refiere a la carta de apoyo respecto a toda la licitación.	Es correcta su apreciación.

B). - DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- Solicitamos atentamente a la convocante que, para el sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en bs en las características generales, donde solicitan Velocidad de procesamiento mínimo 170 pruebas por hora, se acepte ofertar equipo que procese 90 pruebas por hora. ¿Se acepta?	Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.
2.- Solicitamos atentamente a la convocante que, para el sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en bs en las características generales, donde solicitan equipo con disco de incubación para 54 posiciones, se acepte ofertar equipo que cuente con 32 posiciones para cubetas de ensayo. ¿Se acepta?	Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.
3.- Solicitamos atentamente a la convocante que, para el sistema automatizado para la realización de	Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>pruebas de tamizaje en bs en las características generales, donde solicitan Discos de reactivos que contiene 25 posiciones para packs de reactivos., se acepte ofertar equipo que cuente con 18 posiciones de reactivos. ¿Se acepta?</p> <p>4.- Solicitamos atentamente a la convocante que, para el sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en bs en las características generales, donde solicitan Volumen de pipeteo de reactivo de 40 a 64 uL por test, se acepte ofertar equipo que trabaje con volumen de pipeteo de 10 a 50 uL ¿Se acepta?</p> <p>5.- Solicitamos atentamente a la convocante que nos proporcionen la cantidad de pruebas a realizarse para el sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en B.S.</p> <p>6.- Referente al SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA, solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un equipo que contenga también las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carrusel para 48 muestras. • Carrusel para 16 reactivos y único diluyente. • Bloque térmico para 24 tarjetas <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.</p> <p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.</p> <p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
--	--

[Handwritten signatures and marks]

PREGUNTAS DEL LICITANTE: LICON, S.A.

B). - DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- EN EL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO PUNTO 22 SOLICITAN CUBRIR LA INSCRIPCIÓN PARA QUE EL CETS PARTICIPE EN DOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGIA; UNO NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL, MISMOS QUE</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>








[Handwritten signatures and marks]



3

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ME ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE DEBEMOS ENTREGAR CARTA DE APOYO, DEL PROVEEDOR DEL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, EL CUAL DEBE CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD (EMA), EN LAS ÁREAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSAI-2012 EN EL PUNTO 15.1.4, ADICIONAL DEL PROGRAMA SOLICITADO DEL CNTS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>2.- EN EL ANEXO NUMERO 1. TÉCNICO. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS A PROPORCIONAR. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA-2012 EN EL PUNTO 15.9.2 DEBEMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN CUYO VALOR NO EXCEDERÁ DE TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS ANALITOS HIV, HCV, HBC, SIFILIS, Y CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEL CONTROL.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>3.- EN EL APARTADO EQUIPO NECESARIOS PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO. SOLICITAN UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y RH (2D), PRUEBA DE GRUPO INVERSO Y ANTICUERPOS IRREGULARES EN TARJETAS DE GEL. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE:</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

A) SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN, QUE DEBEMOS OFERTAR TARJETA DE GRUPO SANGUÍNEO EN GEL QUE CONTENGA ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, A1 Y B EN UN SOLO PASO. PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LA NOM-253-SSA-2012.

B) SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SEMIPANEL PARA LA INVESTIGACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON 3 CÉLULAS A UNA CONCENTRACIÓN DEL 0.8% EN PRESENTACIÓN DE 3X10 ML, LA CUAL INCLUYA LA CÉLULA DIEGO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

C) SI ES AFIRMATIVA EL INCISO B) SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE TENDRÁ QUE INCLUIR LAS TARJETAS DE GEL COOMBS PARA REALIZAR EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN Y QUE CANTIDAD SE REALIZARÍAN?


D) SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR GRUPO SANGUÍNEO, D DÉBIL, RH Y ANTICUERPOS IRREGULARES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- | |
|--|
| 1. PROCESO AUTOMÁTICO CONTINUO E INTEGRADO. |
| 2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS. |
| 3. RE SUSPENSIÓN DE LOS ERITROCITOS. |
| 4. DILUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS. |
| 5. INCUBACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. |
| 6. MONITOREO DE NIVELES DE DILUYENTES, REACTIVO Y SOLUCIONES. |
| 7. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. |

Se acepta su solicitud sin ser limitativo para los demás participantes.

Es correcta su apreciación, se deberán considerar aproximadamente 100 pruebas por mes.

Se acepta sin ser limitativo para los demas participantes.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

8. PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE TRABAJO CON POSIBILIDAD DE COMBINAR TODAS LAS TÉCNICAS PARA UNA MISMA MUESTRA.		
9. PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE URGENCIA.		
10. INTERFACE BIDIRECCIONAL.		
11. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.		
12. CARRUSEL MÍNIMO PARA 48 MUESTRAS.		
13. ZONA DE INCUBACIÓN MÍNIMO PARA 24 TARJETAS.		
14. DETECCIÓN DE COÁGULOS.		
CON EQUIPO DE RESPALDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INCUBADOR		
1. 2 ZONAS INDEPENDIENTES DE INCUBACIÓN CON CAPACIDAD PARA 12 TARJETAS GEL CADA UNA.		
2. 2 ZONAS INDEPENDIENTES CON CAPACIDAD PARA 12 TUBOS DE MUESTRA CADA UNA PARA PRE-INCUBACIÓN.		
3. PANTALLA DIGITAL DE INTERFACE CON EL USUARIO PARA EL CONTROL Y LA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE: TIEMPO DE INCUBACIÓN RESTANTE Y TEMPERATURA PARA CADA ZONA.		
4. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN PREFIJADA A 37°C.		
5. TIEMPO DE INCUBACIÓN PREFIJADO A 15 MINUTOS, CON OPCIÓN POR PARTE DEL USUARIO DE PROGRAMAR DIFERENTES TIEMPOS.		
6. ALARMA SONORA DE FINAL DE INCUBACIÓN PROGRAMABLE.		
7. INDICACIÓN SONORA Y VISUAL DE CUALQUIER SITUACIÓN DE ERROR Y CORTE		

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18

A/1

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

DE CORRIENTE.	
8. GUÍA RÁPIDA DE PROCEDIMIENTO.	
9. BANDEJA DE RESIDUOS EXTRAÍBLE.	
10. CAPACIDAD: 24 TARJETAS DG GEL Y	
11. 24 TUBOS DE MUESTRA	
12. CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETAS DE GEL DE GRUPO SANGUÍNEO ABO, DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.	
CENTRIFUGA	
1. CAPACIDAD PARA CENTRIFUGAR 24 TARJETAS	
2. CABEZAL DE AJUSTE MAGNÉTICO EXTRAÍBLE	
3. PARÁMETROS DE CENTRIFUGACIÓN PREdefinidos DE LAS TARJETAS DE GEL: ACELERACIÓN, VELOCIDAD	
4. PANTALLA DIGITAL DE INTERFACE CON VISUALIZACIÓN EN TIEMPO DE VELOCIDAD DEL PROCESO.	
5. ALARMA SONORA Y VISUAL DE CUALQUIER FALLA EN EL PROCESO DE CORRIENTE.	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIO EN LA COLOCACIÓN DE LAS TARJETAS EN EL CABEZAL	
7. CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETAS DE GEL DE GRUPO SANGUÍNEO ABO, DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS	
4.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN SE	Es correcta su apreciación.









[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>TENDRÁ QUE ENTREGAR FRASCOS DE 10 ML, DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO.</p> <p>ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.</p>	
<p>5.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI LECTINA A1 Y ANTI LECTINA H. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN SE TENDRÁ QUE OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5 ML COMO LO MARCA EL CUADRO BÁSICO.</p> <p>ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>6.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI ANTISUERO ANTI IGG. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE LO QUE SOLICITAN ES EL SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO IGG - C3D DE 10 ML, DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO.</p> <p>ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>7.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, ANTI LECTINA A1, ANTI LECTINA H, Y SUERO ANTI IGG COOMBS. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE SE TENDRÁ QUE INCLUIR CONTROL RH Y ALBUMINA AL 22% PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.</p> <p>ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>8. SOLICITO A ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ PRESENTACIÓN DEBEMOS OFERTAR PARA LA REALIZACIÓN DE BRUCELOSIS, PRESENTACIÓN DE 150 PRUEBAS O 50</p>	<p>Su pregunta no versa de las presentes bases.</p> <p>Se solicita que la determinación de Brucella se realice por método</p>



8

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRUEBAS.	inmunoenzimatico en placa a fin de dar trazabilidad a los resultados.
9. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PRODUCTIVIDAD SE VAN A REALIZAR DE GRUPOS SANGUÍNEOS DIRECTO E INVERSO Y DE RASTREO DE ANTICUERPOS.	Aproximadamente 900 pruebas al mes de grupo sanguíneo y el 5% de estas para el rastreo de anticuerpos.

PREGUNTAS DEL LICITANTE IMPROMED SA DE CV

A)- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
Punto 4.1 Propuesta técnica y económica. Inciso b. Se solicita amablemente a la convocante que en caso de que alguna característica técnica o física de los servicios ofertados en el anexo 1 no sea posible detallar en manuales, folletos o insertos, se permita entregar carta bajo protesta de decir verdad que se cuenta con dichas características.	Se acepta.
4. Propositiones. 4.1 Propuesta técnica y económica. Inciso i). Solicitan copia simple de un contrato celebrado durante los últimos 2 años. Podría la convocante confirmar nuestra apreciación de que es correcto entregar un contrato vigente a la fecha.	Es correcta su apreciación, Apegarse a lo solicitado en el numeral 4.1 de las bases.
Anexo 2-A Modelo de resumen de propuesta económica. Podría la convocante aclarar cuál será el anexo a utilizar para elaborar nuestra propuesta económica. Entendemos que sería el Anexo 2 ya que el Anexo 2-A hace mención de partidas y esta	Es correcta su apreciación, es el anexo 2.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>licitación es una partida única. ¿Podría la convocante confirmar?</p>	
<p>4.1 Propuesta Técnica y Económica Inciso j) Solicitan que el licitante deberá presentar original y copia simple de un contrato celebrado durante los últimos 2 años, con alguna Secretaría de Salud y Bienestar Social, u otras Instituciones Públicas o Privadas cuyo objeto sea la prestación del servicio objeto de esta licitación. Pregunta; Solicitamos a la convocante permita presentar contratos que estén vigentes, sin ser una limitante a lo solicitado en bases. Lo que importa realmente que estos contratos se encuentren actualmente vigente.</p>	<p>Apegarse a lo solicitado en el numeral 4.1 de las bases.</p>
<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS ESCRITOS Y ANEXOS PUEDEN SER DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Licitación Pública Nacional Presencial No. 36066001-022-18</p> <p>"Para la contratación del Servicio Integral para el suministro de insumos y comodato de equipos para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud.</p> <p>AT'N: DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS</p>	<p>DR MIGUEL BECERRA HERNANDEZ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. COLIMA, COL. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?		
1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA LICITACIÓN EN CARPETA DE 3 ARGOLLAS ¿SE ACEPTA?	Se acepta.	
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA FECHA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, 16 de mayo hasta el 31 diciembre del 2019. 2. FAVOR DE ACLARAR	La vigencia es de 16 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2019.	
4.- 4.1 INCISO F) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE TEXTO SE ANEXARA A NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS OFERTADOS DEBERÁN SER FIJOS, SIN ESCALATORIA DURANTE LA VIGENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y DURANTE LA VIGENCIA DE ACUERDO AL PUNTO 1.7DE LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR	Se refiere a un punto informativo.	
5. ANEXO 2 ECONOMICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA FORMA DE PRESENTAR NUESTRAS PROPUESTA ES POR PARTIDA O POR PAQUETE FAVOR DE ACLARAR	La forma de presentar la propuesta es por paquete.	
6.- ANEXO 2 ECONOMICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR LAS CANTIDADES A COTIZAR	Descripción	Cantidad mensual

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

	<table border="1"> <tr> <td>Unidad procesada en el CETS y puestos de sangrado</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Procedimiento por AFERESIS</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Biometria de donador rechazado</td> <td>205</td> </tr> </table>	Unidad procesada en el CETS y puestos de sangrado	900	Procedimiento por AFERESIS	26	Biometria de donador rechazado	205	
Unidad procesada en el CETS y puestos de sangrado	900							
Procedimiento por AFERESIS	26							
Biometria de donador rechazado	205							
<p>7.- 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. REFERENTE A INCISO H.</p> <p>SOLICITAN: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y VIGENTE DEL REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO) EXPEDIDO POR LA COFEPRIS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEL EQUIPO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y PROPUESTA. NOS PUEDEN ACLARAR SI EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS O INSUMOS A NO SE ENCUENTRE VIGENTE NOS ACEPTE PRESENTARLO CON SU CORRESPONDIENTE TRAMITE DE PRÓRROGA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta.</p>							
<p>8.- PREGUNTA 2. 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. REFERENTE A INCISO H.</p> <p>REFERENTE AL REGISTRO SANITARIO VIGENTE QUE SOLICITAN. COMENTAMOS QUE EXISTEN VARIOS EQUIPOS O INSUMOS QUE</p>	<p>Se acepta.</p>							

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA POR LA SS EN DONDE SE ACLARA QUE NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO O BIEN, COPIA SIMPLE DE LAS HOJAS DEL DIARIO OFICIAL DONDE REFERENCIEMOS LOS EQUIPOS O INSUMOS. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	
<p>4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO J) SOLICITAN QUE EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO CELEBRADO DURANTE LOS ULTIMOS 2 AÑOS, CON ALGUNA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, U OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS CUYO OBJETO SEA LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACION. PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS QUE ESTEN VIGENTES, SIN SER UNA LIMITANTE LO SOLICITADO EN BASES. LO QUE IMPORTA REALMENTE QUE ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTREN ACTUALMENTE VIGENTE.</p>	<p>Apegarse a lo solicitado en el numeral 4.1 de las bases</p>










B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
--------------------------	----------------------------



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>4. Proposiciones. 4.1 Propuesta técnica y económica. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita integrar a nuestra propuesta técnica catálogos, hojas de manual y/o insertos donde nos permita referenciar las características técnicas de los equipos requeridos en el Anexo 1.</p>	<p>Se acepta.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en BS. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo que realice los 5 marcadores serológicos solicitados como obligatorios en la NOM-253-SSA1-2012 (HIV, HCV, AgsHB, Chagas y Sífilis). Realizar todas las pruebas en una sola plataforma automatizada representa un ahorro en tiempo y facilidad de manejo para el personal del servicio. Esto se va a reflejar directamente en la obtención de resultados, beneficiando a los pacientes que requieren los servicios de banco de sangre.</p>	<p>Se acepta siempre y cuando el equipo propuesto realice de manera automatizada la detección en suero y plasma de anticuerpos IGM anti Brucella.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad para los puntos que no se puedan referenciar en folletos, manuales, insertos, etc.</p>	<p>Se acepta.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en BS. Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad donde nos comprometemos a entregar las siguientes características del equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual del Operador en español. • No-break adicional. • Pipetas Automatizadas de 10 a 100 ul. y de 100 a 1,000 ul. • La inscripción a dos programas de 	<p>Se acepta.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>evaluación externa; 1) El Centro Nacional y 2) Otro proveniente de algún proveedor autorizado por la Norma.</p> <p>Esto debido a que no se pueden señalar en manual, folleto o inserto pero se entregaran durante la instalación del equipo en caso de resultar adjudicados.</p>	
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Características del equipo para realización de las biometrías hemáticas.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad donde nos comprometemos a entregar las siguientes características del equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual del Operador en español. • Unidad UPS o No break integrado o adicional con capacidad mínima de 15 minutos de carga para respaldo. <p>Esto debido a que no se pueden señalar en manual, folleto o inserto pero se entregaran durante la instalación del equipo en caso de resultar adjudicados.</p>	<p>Se acepta.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Página 40. "La (s) empresa(s) entregara(n) un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración para todos los equipos que sean parte de este contrato."</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita entregar carta bajo protesta de decir verdad que una vez firmado el contrato e iniciado el servicio integral se entregará el programa de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración.</p>	<p>Se acepta.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. "Capacitación. El proveedor entregará un plan de capacitación en común acuerdo con la Secretaria (Subdirector del CETS) para que puedan administrar</p>	<p>Se acepta.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>y operar el sistema de información. El plan deberá contener el detalle y duración de las actividades que el licitante proporcionará, como son materiales de capacitación (impresos o electrónicos), instalaciones, infraestructura, instructores, etc.” Solicitamos a la convocante nos permita entregar carta bajo protesta de decir verdad que una vez firmado el contrato e iniciado el servicio integral se entregará el plan de capacitación.</p>	
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo, sistemas y telecomunicaciones. La(s) empresa(s) entregará(n) un programa de mantenimiento para los sistemas, equipos de cómputo, software y red de comunicación de datos que garantice cumplir los niveles de servicio especificados en este documento. Este programa de mantenimiento debe ser mínimo cada 6 (seis) meses y acorde al equipo y sistemas informáticos que se entregan en la propuesta. Las actividades de mantenimiento no deberán intervenir en la operación diaria del Banco de Sangre y puestos de Sangrado. Solicitamos a la convocante nos permita entregar carta bajo protesta de decir verdad que una vez firmado el contrato e iniciado el servicio integral se entregará el programa de mantenimiento para los sistemas, equipo de cómputo, software y red de comunicaciones.</p>	<p>Se acepta.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Reactivos y consumibles. Punto 3. Solicitamos a la convocante nos permita entregar controles y calibradores con una vigencia no menor a 2 meses, esto debido a la naturaleza de dichos productos.</p>	<p>Se acepta.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.






<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Sistema automatizado para inmunohematología. Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad donde nos comprometemos a entregar las siguientes características del equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual del Operador en español • Unidad UPS o NO Break integrado o adicional con capacidad mínima de 15 minutos de carga para respaldo <p>Esto debido a que no se pueden señalar en manual, folleto o inserto pero se entregaran durante la instalación del equipo en caso de resultar adjudicados.</p>	<p>Se acepta.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Solicitamos a la convocante si es correcta nuestra apreciación de que es suficiente entregar la documentación solo de los equipos que cuentan con cédula de características técnicas y para el equipamiento extra solicitado en la tabla "Equipo necesario para el CETS y sus dos puestos de sangrado" será suficiente con entregar catálogo.</p>	<p>Es correcta su apreciación, para el caso del equipamiento extra solicitado en la tabla "Equipo necesario para el CETS y sus dos puestos de sangrado" se deberá de anexar registro sanitario, DOF u oficio de la COFEPRIS donde indique que no requiere registro sanitario; así como, su folleto y/o catálogo.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Punto 17, 18, 19 y 20. Solicitamos amablemente a la convocante defina el alcance y responsabilidad del licitante en estos puntos, ya que se entiende que corresponden a procesos administrativos internos del CETS y es suficiente que el licitante provea las herramientas necesarias para que el propio CETS cumpla.</p>	<p>Lo que se solicita es que la empresa licitante debe de contar con un sistema de gestión de calidad implementado el cual garantice la correcta operación del servicio y evitar así entregas de materiales caducos, fallas constantes en equipos y retraso en la disponibilidad de hemocomponentes.</p>
<p>Anexo 1 Sistema Automatizado para la Realización de Pruebas de Tamizaje en BS. Equipo analizador de microplacas totalmente automatizado para los marcadores de Sifilis, Chagas y Brucella IgM. Solicitamos a la convocante aclare por qué</p>	<p>Es correcto que la determinación de Brucella en el banco de sangre de acuerdo a la NOM-253-SSA2-2012 es opcional y se puede realizar tanto como antígeno Rosa de Bengala como por Prueba de ELISA, sin embargo, si el banco de sangre requiere hacer la</p>




SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>esta solicitando la prueba de Brucella IgM por la metodología inmunoenzimatica en placa, ya que en el punto 9.4.3 de la NOM-253-SSA2-2012 menciona que dicha prueba es opcional y lo que la convocante está haciendo es cerrar a una marca y equipo determinado, limitando la libre competencia y además poniendo una prueba que no es obligatoria del screening de banco de sangre.</p>	<p>prueba este puede optar por la metodología que se adapte a sus necesidades; en este caso, la prueba de ELISA proporciona automatización y trazabilidad de los resultados lo que no se obtiene por la prueba de Rosa de Bengala además de que en el mercado existen por lo menos dos marcas más que ofrecen esta opción.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Punto 22. Solicitan inscripción a dos programas de evaluación de control de calidad externo en serología e inmunohematología. Podría la convocante aclarar nuestra interpretación de que se debe inscribir al CETS a los programas de control de calidad externo que aplica el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, así como a un programa de control de calidad externo adicional al referido que cuente con reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación como proveedor de ensayos de aptitud. Esto de acuerdo a la NOM-253-SSA1-2012 en sus numerales 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4.</p>	<p>Es correcto, se requiere un control de calidad externo para inmunohematología independiente al del CNTS y un control de calidad externo para serología.</p>
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Sistema automatizado para la realización de pruebas de tamizaje en BS. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita ofertar un equipo con características superiores a las solicitadas: -Analizador automatizado para pruebas de serología para los marcadores de HCV, HIV, HBsAg, Sifilis y Chagas. -Tecnología de Electroquimioluminiscencia y/o Quimioluminiscencia. -Velocidad de procesamiento de hasta 200 pruebas por hora. -Capacidad de 135 muestras a bordo -Capacidad de detección de nivel de líquido, burbujas, espuma y coágulos.</p>	<p>Se acepta siempre y cuando el equipo propuesto realice de manera automatizada la detección en suero y plasma de anticuerpos IGM anti Brucella.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.


<p>-Capaz de programar mantenimientos de manera automática y diagnóstico por sistema remoto. -Realizar la dilución de muestras de manera automática. -Volumen de muestra de 10-50 microlitros. -Con 25 posiciones para carga de reactivo con refrigeración a bordo. -Lector de código de barras para la fácil identificación de muestras y reactivos. -Con depósito de residuos. -Almacene hasta 50,000 resultados de pacientes. -Cuenta con interfase para el sistema informático. -Manual del Operador en español a bordo. -No break adicional y pipetas solicitadas. -Controles de calidad internos para las pruebas de HCV, HIV, HBsAg, Sífilis y Chagas. -Inscripción a los dos programas de evaluación externa solicitados. Esto sin ser limitativo a los demás participantes.</p>	
<p>Anexo 1 Propuesta técnica. Características del equipo para realización de las biometrías hemáticas. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes características: - Analizador para pruebas hematológicas con mínimo de 18 Parámetros. - Lista de parámetros.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteo de glóbulos rojos.• Determinación de hemoglobina.• Hematocrito.• Volumen celular medio• Hemoglobina celular media.• Concentración de Hb celular media• Ancho de distribución de g. Rojos• Conteo de plaquetas• Plaquetocrito• Volumen medio de plaquetas	<p>No se acepta, Apegarse a lo solicitado en el Anexo 1 de las bases</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<ul style="list-style-type: none">• Ancho de distribución de plaquetas• Conteo de glóbulos blancos• Granulocitos #• Granulocitos %• Monocitos #,• Monocitos %• Linfocitos #,• Linfocitos % <p>- Principio de Medición de: Impedancia y óptico. – Diferencial de 5 partes.</p> <p>- Capacidad de Análisis: hasta 60 pruebas/hr.</p> <p>- Volumen de muestra no mayor de 30 microlitros.</p> <p>- Con opción para pre-dilución de muestras.</p> <p>- Modalidades de medición cerrado y abierto.</p> <p>- Los resultados se pueden reportar en Gráficas, Números absolutos y %.</p> <p>- Pantalla LCD a colores y sensible al tacto.</p> <p>- Impresora integrada o adicional.</p> <p>- Perforador del tapón de hule del tubo de recolección de sangre.</p> <p>- Con amplio tipo de alarmas.</p> <p>- Con varios Sistemas de control de Calidad incluido.</p> <p>- Con Interfase para el Sistema Informático.</p> <p>- Manual del Operador en español.</p> <p>- Unidad UPS o No break integrado o adicional con capacidad mínima de 15 minutos de carga para respaldo.</p> <p>- Control de Calidad Interno con tres niveles, de la misma marca del equipo.</p> <p>- Utilice reactivo de la marca y libre de cianuro (no genéricos)</p> <p>Se incluirá el equipamiento adicional solicitado.</p> <p>Solicitamos amablemente se nos permita ofertar dicho equipo sin ser limitativo a los demás participantes, ya que el equipo</p>	
---	---

[Handwritten signatures and marks on the right margin]












[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>descrito va dirigido a una marca y limita la libre participación.</p>	
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica, Punto 7. Hacer reportes de referencia e incidencias semanalmente. Pregunta; solicitamos a la convocante nos proporcione los formatos para reportar las incidencias, ya que en bases no se incluyo</p>	<p>El formato se definirá en el momento requerido y deberá de incluir fecha y hora de falla, nombre del equipo, modelo, tipo de falla presentada y tiempo de corrección.</p>
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica, Punto 17. Mencionan presentar un plan de calidad para la atención de las necesidades del usuario. Pregunta; Solicitamos de la manera más atenta a la convocante haga de nuestro conocimiento a que se refiere , nos enliste las necesidades del usuario y cuáles son los beneficios que estos tendrán, ya que nos son claros.</p>	<p>El plan de calidad que se solicita es para minimizar las fallas de los equipos y la falta de reactivo que actualmente se presentan.</p>
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica, Punto 18. Mencionan que se deberá contar con un sistema de medición, análisis, mejora y hacer del conocimiento del CETS de los resultados así como de sus avances. Pregunta; Solicitamos a la convocante de la manera más respetuosa que aclare y precise a que se refiere en este punto, ya que entendemos que como prestadores del servicio nos corresponde proporcionar las herramientas necesarias para el funcionamiento adecuado de cada una estas y corresponde al personal del CETS mostrar un programa de mejora continua que incluya las acciones correctiva y preventivas, ya que son ellos quienes cuales son los puntos a mejorar</p>	<p>Apegarse a lo solicitado en el Anexo Numero 1 Propuesta Técnica de las bases</p>
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica, Punto 19. Mencionan que se deberá contar con un programa de control del producto o servicio</p>	<p>Apegarse a lo solicitado en el Anexo Numero 1 Propuesta Técnica de las bases</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

A/1




PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>no conforme. Pregunta; Solicitamos a la convocante proporcionarnos las características que deberá tener el programa y su alcance, ya que se entiende que son obligaciones internas de CETS.</p>	
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica, Punto 20 Mencionan que se deberá mostrar un programa de mejora continua que incluya las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a las situaciones más comunes a resolver. Pregunta; Solicitamos a la convocante elimine este punto ya que no contamos con la información de cuáles son las situaciones más comunes a resolver, y además no está por demás mencionar que las acciones correctivas y preventivas corresponden exclusivamente al personal del CETS y no al proveedor del servicio, ya que nuestra función es proveer de las herramientas necesarias.</p>	<p>El plan de mejora que se solicita es para minimizar las fallas de los equipos y la falta de reactivos que actualmente se presentan.</p>
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica Sistema Automatizado para la Realización de Pruebas de Tamizaje en BS En bases están solicitando 2 equipos para la realización de las pruebas de tamizaje para banco de sangre, en uno piden que se hagan las pruebas de HCV, HbsAg y HIV con la metodología de Electroquimioluminiscencia y en el otro equipo realizar las pruebas de sífilis y Chagas por la metodología de Elisa, ya que además estén avalados para su uso en banco de sangre. Pregunta; Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que realice los 5 marcadores al mismo tiempo, con una velocidad de 200 pruebas por hora, permitiendo realizar pruebas de urgencias, lo cual permite liberar ccompoenetes</p>	<p>Se acepta siempre y cuando el equipo propuesto realice de manera automatizada la detección en suero y plasma de anticuerpos IGM anti Brucella.</p>







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>sanguíneos con mayor rapidez, esto trae un beneficio para el CETS y los pacientes, cuenta con una metodología de Quimioluminiscencia, este equipo es operado por un solo usuario, además está aprobado para su uso en banco de sangre. Esta petición se hace con la finalidad de que cuenten con un solo equipo y no dos como lo solicitan en bases, permitiendo que solo un químico se dedique a operarlo, de otra manera van a requerir de 2 personas para poder liberar las unidades. El contar con dos equipos se incrementa de manera muy importante los errores ya que se deberá primero procesar en un equipo y luego en el otro ya que hay una mayor manipulación de muestras, eso incrementará los tiempos de liberación de las unidades, corriendo el riesgo de no proveer de manera oportuna a los hospitales y poner en riesgo a los pacientes.</p>	
<p>Punto 4.1 Propuesta Técnica y Económica Entendemos que los documentos solicitados en los incisos h), i) y k), son para los equipos y sus reactivos que cuentan con cédula técnica y la bolsa para donación de sangre. Pregunta; Del resto del equipamiento adicional que se menciona en bases, solo se deberá presentar el folleto y una carta bajo protesta de decir verdad que en caso de ser asignado instalaríamos el equipo solicitado, ya que no se cuenta con cédulas técnicas, es correcta nuestra apreciación?, favor de confirmar.</p>	<p>Es correcta su apreciación, para el caso del equipamiento adicional que se menciona en las presentes bases se deberá de anexar registro sanitario, DOF u oficio de la COFEPRIS donde indique que no requiere registro sanitario; así como, su folleto y/o catálogo.</p>
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica Características de las Pruebas Serológicas a Proporcionar las cuales deberán ser iguales o superiores a los descritos. Mencionan que las pruebas HIV, HCV y</p>	<p>Se acepta siempre y cuando el equipo propuesto realice de manera automatizada la detección en suero y plasma de anticuerpos IGM anti Brucella.</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>HbsAg deberán ser por electro quimioluminiscencia y las de Sífilis y Chagas por el método inmunoenzimatico. Pregunta; Solicitamos a la convocante nos permita ofertar las 5 pruebas por quimioluminiscencia y que el panel completo se realice en un solo equipo. Esta petición se hace con el objetivo de continuar realizando las 5 pruebas en un solo equipo y no retroceder al pedir 2 equipos para realizar las 5 pruebas.</p>	<p>Y no se trata de retroceder, se trata de contar con un equipo con el mínimo numero de fallas que el que actualmente presenta.</p>
<p>Anexo Numero 1, Propuesta Técnica Características del Equipo para la Realización de Aféresis. Pregunta; Solicitamos a la convocante nos proporciones el número de procedimientos de Colección de plaquetas, recambios plasmáticos, Colección de CMN, Recambio hemático, depleción de eritrocitos, depleción de plaquetas y leucocitos, procesamiento de médula ósea. ya que en bases no viene esta información detallada y es vital para nuestra propuesta económica.</p>	<p>De 15 a 20 procedimientos de aféresis y de 4 a 6 procedimientos de recambio plasmático.</p>


C).- DE CARACTER LEGAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>2.1 ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES. Las bases estarán a disposición en el departamento de adquisiciones de los Servicios de Salud del Estado de Colima, ubicado en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima, A PARTIR DEL 9 DE ABRIL Y HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2018. Pregunta. Solicitamos a la convocante nos aclare por qué la reducción en el tiempo de la adquisición de las bases ya que el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones,</p>	<p>La publicación de las bases está realizada conforme a lo estipulado en el Artículo 32 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

Arrendamientos del Estado de Colima menciona en el inciso 1) la consulta y venta de bases se realizará en un plazo mínimo de 5 días hábiles. Favor de aclarar.	
31.- 2.9 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. ENTENDEMOS QUE NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EMPRESA CLIMENSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	Es correcta su apreciación.
41.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER COMPLEMENTAR LOS ANEXOS 5,6,7 Y 10 DE ACUERDO A LOS TEXTOS DE LA CONVOCATORIA DEL PUNTO 3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	No se acepta, Apegarse a lo solicitado en los anexos 5, 6, 7 y 10 de las bases
32.- 3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. ENTENDEMOS QUE PRESENTAR ESTE CERTIFICADO ES OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTE LICITACION. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	Es correcta su apreciación.
33.- 3.11 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. ¿SE ACEPTA?	No se acepta, Apegarse a lo solicitado en el numeral 3.11 de las bases
34.- 3.12 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS ACLARE, SI LA LICENCIA DE GIRO, SE REFIERE AL AVISO DE FUNCIONAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	Es correcta su apreciación.
35.- 3.17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL	Se acepta.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>ANEXO 12 PARA PROPUESTAS CONJUNTAS CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>36.- 3.18 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL TEXTO CORRECTO DEL ANEXO 13 DE LAS PRESENTES BASES.</p>	<p>Referente al texto del ANEXO 13 NUMERAL 3.18 DICE: ANEXO 13 (Punto 3.18) CARTA COMPROMISO</p> <p>DR. MIGUEL BECERRA HERNANDEZ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

COLIMA, COL.

P R E S E N T E.

EL QUE
SUSCRIBE _____

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a PAGAR LA NÓMINA, SEGURO SOCIAL, IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES, VIÁTICOS Y CUALQUIER IMPORTE DERIVADO DE LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL QUE TENGA CON TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN MI GRUPO DE TRABAJO, DURANTE EL PERÍODO DEL SERVICIO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ASI COMO TAMBIEN ME RESPONSABILIZO DE CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN DE MI GRUPO DE TRABAJO QUE PERJUDIQUE ALA MISMA SECRETARIA Y/O A TERCEROS.

DEBE DECIR:

ANEXO 13 (Punto 3.18)

CARTA COMPROMISO

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

DR. MIGUEL BECERRA HERNANDEZ
SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL

P R E S E N T E .

EL QUE
SUSCRIBE _____

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI
REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL
CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
36066001-022-18 PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL
SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE
EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES



PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

	<p>COLIMA., me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a GARANTIZAR LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE CALIDAD Y DE FABRICACION POR UN PERIODO DE UN AÑO , A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO</p> <p style="text-align: center;">A T E N T A M E N T E</p> <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE LEGAL.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NOMBRE COMPLETO Y FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</p>
<p>37.- 3.20 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO SE DEBE DE ANEXAR EL FORMATO EN BLANCO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>38.- 3.21 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS INTEGRAR EL ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO Y RUBRICADO O SOLO ES DE CONOCIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación. Se deberá colocar el anexo 15.</p>
<p>39.- 4.1 INCISO J) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS SON A 2 AÑOS CONCLUIDOS O SUPERIORES A 2 AÑOS.</p>	<p>Apegarse a lo solicitado en el numeral 4.1 de las bases.</p>
<p>40.- 5. FIRMA DEL CONTRATO (ANEXO 14) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL NUMERO DEL ANEXO ES EL 15. ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>Es correcta su apreciación. Se refiere al anexo 15.</p>
<p>41.- ANEXO 9 (PUNTO 3.14)</p>	<p>Se deberá de colocar " si será quien</p>







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DEBEMOS PONER EN EL APARTADO EN BLANCO? EL QUE SUSCRIBE EDUARDO AVALOS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA IMPROMED, S.A. DE C.V., EN ATENCIÓN AL PUNTO 3.14 DE LAS PRESENTES BASES MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE (SI O NO) TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO) EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN</p>	<p>brinde el servicio o lo subcontratara"</p>
<p>PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-022-18 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>EN BASE AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA DONDE DICE "EN LICITACIONES NACIONALES, EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ, CUANDO MENOS, DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA"</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, YA QUE LA PUBLICACIÓN FUE EL SÁBADO 07 DE ABRIL Y LA APERTURA EL DÍA 17 DE ABRIL, SIENDO SOLAMENTE 10 DÍAS DE DIFERENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Los tiempos establecidos están de conformidad al Artículo 33 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima</p>
<p>PROPUESTA TECNICA INSICO J) Y L) EN AMBOS PUNTOS PIDEN LA CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO,</p>	<p>Esta pregunta ya fue aclarada por la convocante, en la respuesta dada a LHAG, S.A. DE C.V. en sus preguntas de carácter administrativo número 1 y 2</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERA NECESARIO CON PRESENTAR SOLAMENTE UNA VEZ ESTA CARTA PARA CUMPLIR CON AMBOS PUNTOS O SERA NECESARIO PRESENTARLA DOS VECES. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>respectivamente.</p>
<p>PROPUESTA TÉCNICA INSICO I) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODER PRESENTAR UN CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LABORATORIO Y NO NECESARIAMENTE DE BANCO DE SANGRE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta, Apegarse a lo solicitado en el numeral 4.1 de las bases</p>

5.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desestimada.


6.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

7.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas será el día **17 de abril a las 16:00**, en tanto que el fallo el día **23 de abril** del año en curso, a las **16:00 horas**.

8.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **14:40** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

Funcionarios

Nombre	Firma
<p>ARNOLDO MORENO MEDINA Subdirector de adquisiciones y servicios generales</p>	

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-022-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARILLO Directora administrativa de los servicios de salud del estado de colima	
DR. CARLOS NAVARRO NUÑEZ Director de planeación,	
DR. GUSTAVO GAYTAN SANDOVAL Secretario técnico	
L.A. CARLOS ARNOLDO CAMPOS OCHOA Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	
C.P. MANUEL SANTANA VELAZCO Representante de la Secretaría de Administración y Gestión Pública	
LIC. JUDITH TORRES Representante de la coordinación jurídica de la secretaria de salud	
Dra. YUMI ISABEL MURGUIA CALVARIO Representante del REPSS	

Licitantes

Nombre	Firma
Distribuidora LHAG S.A. DE C.V. Victoria Domínguez Balderas	
Distribuidora Química y hospitalaria GAP S.A. DE C.V. Flores Estrada	Firma bajo protesta al no otorgar por parte de la convocante el tiempo suficiente para el envío de cuestionamientos técnicos y no corregir la hora de inicio del para conocimiento de la secretaria de la función pública
Laboratorios LICON S.A. Diana García Badillo	
IMPROMED S.A. DE C.V. Enrique Smith Corvera	

↓
 Firma bajo protesta, debido a que las bases de licitación no se encontraron tiempo y forma lo cual no permitió el análisis para hacer preguntas y el proceso de la junta de aclaración no fue el correcto, no da lugar a resolver la dudas y esta dirigido a marcas y equipo y no asistió el Area Técnica.

No se anexaron las preguntas de mi representada y fueron vencidas en tiempo y forma.