

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-17  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:30 (doce treinta)** horas del día **20 (veinte)** de **Septiembre** de **2017 (dos mil diecisiete)**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Segunda Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-032-17**, relativa a la adquisición de:

INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA


El Lic. **José Julián Martínez Barreda**, Director Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Colima, dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2.- La convocante hace las siguientes precisiones:

A) Para la entrega de los bienes, se establece que será de la siguiente manera y de conformidad a lo señalado en el consumo total mensual del anexo #1 técnico de las presentes bases:

| Entrega         | Fecha                   |
|-----------------|-------------------------|
| Primera entrega | 16 de Octubre de 2017   |
| Segunda entrega | 06 de noviembre de 2017 |
| Tercera entrega | 06 de diciembre de 2017 |



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a small mark on the far right.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-17  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
**PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

3.- Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, en formato anexo, el cual forma parte integral de esta acta.

4.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desestimada.






5.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **28 (veintiocho) de septiembre** del presente año, a las **12:30 (doce treinta) horas**, en tanto que el fallo, se celebrará el **02 (dos) de octubre de 2017**, a las **12:00 (doce) horas**.

7.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.



Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **13:00 (trece) horas** del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

**Funcionarios**



| Nombre  | Firma   |
|---|---|
| Lic. José Julián Martínez Barreda<br>Director Administrativo  |   |
| Lic. Edgar Adrián Alonso Heredia<br>Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos           |  |
| Dr. Ignacio Alberto Chavoya Moreno<br>Representante de los Servicios de Salud                       |   |
| C.P. Manuel Santa Ana Velasco<br>Representante de la Secretaría de Administración y Gestión Pública |   |
| L.A Carlos Arnoldo Campos Ochoa<br>Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado          |   |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-17  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS  
INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

|   |  |
|---|--|
| Dr. César Javier Villalobos Alfaro<br>Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Regional<br>Universitario<br>Asesor técnico |  |
| Dra. Yumi Isabel Murguía Calvario<br>Representante del REPSS  |  |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-17  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**ANEXO #1  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

**PREGUNTAS DEL LICITANTE:**

**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

**DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

| P R E G U N T A S  | R E S P U E S T A S  |
|--|--|
| DE ACUERDO AL PUNTO 1.2 DE LAS BASES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS HAGA FAVOR DE MENCIONAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.   | Se refiere en la precisión señalada en el punto 2, inciso A. |
| DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1, ENTENDEMOS QUE ESTA LICITACION ES POR PARTIDA, TOMANDO LOS RENGLONES DE LOS MATERIALES /CONSUMIBLES COMO PARTIDA CADA RENGLON, EN TOTAL 105 PARTIDAS. ¿ESTO ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.                                  |

**PREGUNTAS DEL LICITANTE:**

**DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

**DE CARACTER TÉCNICO**

| P R E G U N T A S   | R E S P U E S T A S  |
|---|--|
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 13, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR. | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL<br><br>1 vía |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 14, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL  | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL              |


4

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-17  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

|  |  |
|--|--|
| MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.   | 1 vía  |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 15, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.                | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL<br><br>1 vía |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 16, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER SI EL MANGUITO ES DE 1 O 2 VIAS, Y PARA QUE EQUIPO ES ESTE MANGUITO. FAVOR DE ESPECIFICAR.                | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL<br><br>1 vía |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 46, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER PARA QUE EQUIPO ES ESTE SENSOR, FAVOR DE INDICAR MARCA Y MODELO.  | Ventilador Bear Cub, 750   |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 61, ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIEREN EN ESTA PARTIDA ES LA CELDA DE OXIGENO, SI ES ASI FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, FAVOR DE ESPECIFICAR. | Ventilador Bear Cub 750  |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 93 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER PARA QUE EQUIPO ES ESTE SENSOR. FAVOR  | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL              |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-17  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

|  |  |
|--|--|
| DE ESPECIFICAR MARCA /MODELO.  |  |
| D DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 95 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ES DESECHABLE O REUSABLE. FAVOR DE ESPECIFICAR  | Reusable   |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 96 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER PARA QUE EQUIPO ES ESTE SENSOR. FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA /MODELO.  | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL                                    |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 97 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER PARA QUE EQUIPO ES ESTE CABLE. FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA /MODELO.   | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL                                    |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARTIDA 105 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SABER PARA QUE EQUIPO ES ESTE SENSOR. FAVOR DE ESPECIFICAR SI ES MULTIUSOS O MULTI SITIO. FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA /MODELO. | Monitor Phillips Sure Sign VM8, space labs m Care 300, Criticare n Genuit, Criticare Scholar III 507 EL<br><br>Especificado como multiusos |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.